

Załącznik nr 1. Wykaz zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w CLB w Pracowni w Białymstoku

Lp.	Nazwa składnika mienia	Numer inwentarzowy stary	Numer inwentarzowy nowy	Wartość księgowa brutto w zł	Wartość aktualna netto w zł	Szacowana wartość rynkowa w zł	Ocena Komisji		Propozycja Komisji w sprawie sposobu zagospodarowania składnika (sprzedaż/najem/dzierżawa/nieodpłatne przekazanie/darowizna/sprzedaż a/likwidacja)
							stwierdzony stan składnika	zużyty / zbędny	
1	Kamera TV-3 LUX	IV/64/1	PST/P01/00745/2019	4270,00	0,00	50,00	Urządzenie zużyte, niesprawne, technicznie przestarzałe	zużyty	nieodpłatne przekazanie/darowizna/sprzedaż
2	Wirówka laboratoryjna	IV/7/1	PST/P01/00217/2019	1855,85	0,00	100,00	Urządzenie zużyte, przestarzałe, zbędne, brak części zamiennych z powodu wycofania z produkcji, niesprawne -wylacza się podczas pracy.	zużyty	nieodpłatne przekazanie/darowizna/sprzedaż
3	Telewizor	4/35/3	PST/P01/00748/2019	1342,00	0,00	30,00	Urządzenie zużyte, przestarzałe, data zakupu 1994 rok, stracił wartość użytkową	zużyty	nieodpłatne przekazanie/darowizna/sprzedaż
4	Generator wodoru	IV/5/1	PST/P01/00218/2019	9490,32	0,00	100,00	Urządzenie zużyte, technicznie przestarzałe. Słaby przepływ gazu i mała wydajność aparatu. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.	zużyty	nieodpłatne przekazanie/darowizna/sprzedaż
5	Kolumna mineralizacyjna	V/17/1	PST/P01/00304/2019	4480,47	0,00	70,00	Urządzenie technicznie przestarzałe, zbędne	zużyty	nieodpłatne przekazanie/darowizna/sprzedaż
6	Chłodziarko-zamrażarka ARDO MP22SA	1/16/23	NST/N01/03922/2019	791,01	0,00	40,00	Urządzenie niesprawne – nie włącza się. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Zużyte.	zużyty	nieodpłatne przekazanie/darowizna/sprzedaż
7	Reduktor dwustopniowy do butli	INR-1	NST/N01/05275/2019	0,00	0,00	10,00	Urządzenie zużyte, niesprawne, technicznie przestarzałe	zużyty	nieodpłatne przekazanie/darowizna/sprzedaż
8	Klimatyzator	WIOŚ/5/45/1	PST/P01/04330/2019	3479,01	0,00	20,00	Urządzenie zużyte, niesprawne. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.	zużyty	nieodpłatne przekazanie/darowizna/sprzedaż
9	Klimatyzator LG	4/16/4	PST/P01/02203/2019	2527,84	0,00	20,00	Urządzenie zużyte, niesprawne. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.	zużyty	nieodpłatne przekazanie/darowizna/sprzedaż
10	Zestaw sprzętu pomiarowego - Multimetr	ST/16/4/2015/B	PST/P01/06112/2019	9647,22	0,00	200,00	Urządzenie zużyte, niesprawne Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona	zużyty	nieodpłatne przekazanie/darowizna/sprzedaż
11	Zestaw sprzętu pomiarowego - Multimetr	ST/15/4/2015/B	PST/P01/06114/2019	9647,23	0,00	200,00	Urządzenie zużyte, niesprawne Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona	zużyty	nieodpłatne przekazanie/darowizna/sprzedaż
12	Krzesło obrotowe niskie	INK-33-20	M/M01/09936/2019	0,00	0,00	100,00	Urządzenie zużyte, brak możliwości regulacji wysokości. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.	zużyty	nieodpłatne przekazanie/darowizna/sprzedaż
13	Krzesło Sinus-T	PST/24/2014/B	M/M01/12236/2019	0,00	0,00	100,00	Urządzenie zużyte, brak możliwości regulacji wysokości. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.	zużyty	nieodpłatne przekazanie/darowizna/sprzedaż
14	Mineralizator	III/81/2	PST/P01/00186/2019	1 005,48	0,00	50,00	Urządzenie zużyte , niesprawne, technicznie przestarzałe, utraciło wartość użytkową	zużyty	nieodpłatne przekazanie/darowizna/sprzedaż
15	Higrometr Testo	PST/35/2015/B	NST/N01/07668/2019	0,00	0,00	5,00	Urządzenie zużyte, niesprawne, nie pokazuje wartości wilgotności. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.	zużyty	nieodpłatne przekazanie/darowizna/sprzedaż
16	Higrometr Testo	PST/37/2015/B	NST/N01/07735/2019	0,00	0,00	5,00	Urządzenie zużyte, niesprawne, nie pokazuje wartości wilgotności. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.	zużyty	nieodpłatne przekazanie/darowizna/sprzedaż
17	Robot laboratoryjny	IV/6/1	NST/N01/00593/2019	641,34	0,00	40,00	Niesprawny, technicznie przestarzały, utracił wartość użytkową.	zużyty	nieodpłatne przekazanie/darowizna/sprzedaż

18	Folia na blaty	WIOŚ/5/41/1	NST/N01/04948/2019	610,00	0,00	5,00	Używana przez kilkanaście lat, posiada liczne plamy, dziury i przetarcia.	zużyty	nieodpłatne przekazanie/darowizna/sprzedaż
19	Biureta elektr. i półautomat.	INB-1-2	NST/N01/05195/2019	0,00	0,00	10,00	Urządzenie zużyte, uszkodzone, widoczne oznaki nieszczelności, nieprecyzyjne dozowanie roztworu. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.	zużyty	nieodpłatne przekazanie/darowizna/sprzedaż
20	Biureta elektr. i półautomat.	INB-2-3	NST/N01/05207/2019	0,00	0,00	10,00	Urządzenie zużyte, uszkodzone, widoczne oznaki nieszczelności, nieprecyzyjne dozowanie roztworu. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.	zużyty	nieodpłatne przekazanie/darowizna/sprzedaż
21	Dozownik Dispensette Organic z butlą ze szkła borokrzemowego Duran	6/4/3	PST/P01/03237/2019	1045,54	0,00	10,00	Urządzenie zużyte, uszkodzony tłok. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Brak butelki.	zużyty	nieodpłatne przekazanie/darowizna/sprzedaż
22	Dozownik z butelką	IND-7	NST/N01/05254/2019#01	0,00	0,00	5,00	Urządzenie zużyte, uszkodzony tłok. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Brak butelki.	zużyty	nieodpłatne przekazanie/darowizna/sprzedaż
23	Dozownik z butelką	IND-7	NST/N01/05254/2019#02	0,00	0,00	5,00	Urządzenie zużyte, uszkodzony tłok. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Brak butelki.	zużyty	nieodpłatne przekazanie/darowizna/sprzedaż
24	Dozownik z butelką	IND-7	NST/N01/05254/2019#03	0,00	0,00	5,00	Urządzenie zużyte, uszkodzony tłok. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Brak butelki.	zużyty	nieodpłatne przekazanie/darowizna/sprzedaż
25	Dozownik z butelką	IND-7	NST/N01/05254/2019#04	0,00	0,00	5,00	Urządzenie zużyte, uszkodzony tłok. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Brak butelki.	zużyty	nieodpłatne przekazanie/darowizna/sprzedaż
26	UPS (HORIBA)	INU-1-2	NST/N01/05187/2019	0,00	0,00	50,00	Urządzenie zużyte uszkodzone, akumulatory po wymianie nie podtrzymują urządzeń podłączonych, UPS po odłączeniu od sieci wylączy się	zużyty	nieodpłatne przekazanie/darowizna/sprzedaż
27	Krzesło obrotowe niskie	INK-33-10	M/M01/09953/2019	0,00	0,00	20,00	Urządzenie zużyte, brak możliwości regulacji wysokości. Kółka w krześle uszkodzone.	zużyty	nieodpłatne przekazanie/darowizna/sprzedaż

Podpisy członków komisji:

1. 
2. 
3. 
4. 