



**Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, Aleja 3 Maja 8**

Centrala: tel. 44 649-50-63, 44 647-64-98, 44 647-18-45, 44 647-62-80, fax: 44 647-76-26

NIP: 771-23-33-799

REGON: 000310752

<https://www.gov.pl/web/psse-piotrkow-trybunalski/> e-mail :sekretariat.psse.piotrkowtrybunalski@sanepid.gov.pl

AT.272.2.2024

Piotrków Trybunalski dnia 19.01.2024 roku

Powiatowa Stacja
Sanitarno- Epidemiologiczna
97-300 Piotrków Trybunalski
Aleja 3 Maja 8

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego I

**Uczestnicy postępowania
-wszyscy-**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tysięcy złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), którego przedmiotem jest dostawa wzorców i materiałów odniesienia, odczynników chemicznych, środków dezynfekcyjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, leków jednorazowego użycia, szkła laboratoryjnego, testów diagnostycznych, materiałów referencyjnych dla mikrobiologii wody i żywności, materiałów referencyjnych dla żywności, materiału referencyjnego- liofilizowanego sera, lampy katodowej do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Zapytania w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśniam co następuje:

Pakiet D- drobny sprzęt laboratoryjny

Pytanie 1:

Pakiet D, poz 2 elektroda , proszę o wskazanie przykładowego numeru katalogowego elektrody.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że elektroda pH Double Pore Knick- nr katalogowy 09-0102-1111-0100010 spełnia wymagania opisane w specyfikacji.

Pytanie 2:

Pakiet D poz 4 ezy, czy zamawiający wyrazi zgodę na opakowania ez po 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem tj. 13 opak x 20 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ezy pakowane po 20 sztuk.

Pytanie 3

Pakiet D poz 19 filtry, proszę o wskazanie membrany i średnicy sączka, czy ma to być produkt sterylny ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymagane sączki muszą posiadać membranę PES, średnica sączka wynosi ok. 33 mm, produkt ma być niesterylny.

W dniu 19.01.2024

Zatwierdził:

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Piotrkowie Trybunalskim

Elżbieta Wójcicka