



**Powiatowa Stacja Sanitarno-  
Epidemiologiczna w Przeworsku  
Rynek 1, 37-200 Przeworsk**

Przeworsk, dnia 6.06.2024 r.

### **Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy I**

*Dotyczy zapytania ofertowego: „Dostawa autoklawu pionowego dla Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Przeworsku, ul. Rynek 1”*

#### **Znak sprawy PSA.272.1.2024**

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Przeworsku przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 4.06.2024 r. i dotyczą Zapytania ofertowego i jego załączników:

#### **Pytanie 1:**

Proszę o informację czy zaakceptowany zostanie autoklaw o wymiarach bocznych mniejszych niż wymagane i wynoszących odpowiednio 650mm x 650mm (szer. x głęb.) z komorą otwieraną horyzontalnie? Proponowane rozwiązanie nie zwiększa wymiarów autoklawu podczas jego pracy/cyklu natomiast zwiększa bezpieczeństwo dla operatora z uwagi na fakt, że para wydobywająca się z autoklawu podczas jego otwierania uchodzi za pokrywą a nie bezpośrednio na operatora przy pionowym otwarciu autoklawu. Rozwiązanie gwarantuje również podgląd sterownika oraz korzystanie z niego podczas np: programowanie kolejnego cyklu w sytuacji gdy pokrywa jest otwarta lub zamknięta co nie jest często możliwe w autoklawach gdzie panel sterowania znajduje się po pokrywie autoklawu.

\*wymiar boczny - szer. autoklawu z otwartą pokrywą umożliwiającą załadunek/wyjęcie wsadu wynosi 100cm

Odpowiedź: NIE, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymagany jest autoklaw pionowy o wymiarach; zewn. szer./wys./gł. [mm]: 700/950/600 mm  $\pm 5\%$ , wew.: [mm]:  $\text{Ø}400/600$  mm  $\pm 5\%$ .

#### **Pytanie 2:**

Proszę o informację czy zostanie zaakceptowany autoklaw z wbudowaną drukarką termiczną na papierze termoczułym? Z naszego doświadczenia oraz użytkowników

korzystających z oferowanych przez nas autoklawów wydruki na papierze termoczułym są trwałe przez kilka lat. Jednocześnie oferujemy wraz dostawą zapas papieru termoczułego na okres min. 3 lat eksploatacji autoklawu.

Alternatywnie proszę o informację czy zostanie zaakceptowany autoklaw z uwzględnionym w dostawie oprogramowaniem do zbierania danych po każdym cyklu i przechowywania ich w formie elektronicznej lub wydruku na dowolnej drukarce?

Odpowiedź: NIE, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zostanie zaakceptowany autoklaw z wbudowaną drukarką igłową zapewniającą trwałość wydruku.

Ryszard Trelka

Dyrektor PSSE w Przeworsku

(podpisano elektronicznie)