

Łódź, 15 listopada 2021 r.

KPB-V.271.28.2021

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE
ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: *Zakup i dostawa aparatu elektromiograficznego (EMG) przeznaczonego do przeprowadzania badania czynności elektrycznej mięśni i nerwów obwodowych.*

I. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jako Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie do przedmiotowego postępowania.

Pytanie:

Czy Zamawiający w punkcie 7, podpunkt A specyfikacji, mającego brzmienie jak niżej:

7. Specyfikacja i oprogramowanie aparatu EMG: A. Zestaw połączeniowy: 3-kanalowa jednomodułowa głowica ze wzmacniaczami NCS/EMG/EP połączona z jednostką centralną za pomocą kabla UTP , dopuści połączenie z jednostką centralną również za pomocą złącza USB: 3-kanalowa jednomodułowa głowica ze wzmacniaczami NCS/EMG/EP połączona z jednostką centralną za pomocą kabla UTP lub USB?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

II. Zamawiający dokonuje zmiany pkt 7 podpunktu A Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1 do Zaproszenia KPB-V.271.28.2021), który otrzymuje następujące brzmienie:

„3-kanalowa jednomodułowa głowica ze wzmacniaczami NCS/EMG/EP połączona z jednostką centralną za pomocą kabla UTP lub USB”.

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU

Miroslaw Suski

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4007598.12982649.11958781
Nazwa dokumentu	Odpowiedź na pytanie Wykonawcy oraz zmiana treści zaproszenia..docx
Tytuł dokumentu	Odpowiedź na pytanie Wykonawcy oraz zmiana treści zaproszenia.
Sygnatura dokumentu	KPB-V.271.28.2021
Data dokumentu	2021-11-15 13:12:56
Skrót dokumentu	21C1846840E2CB64A7FA9E4C0C75F3D17B6D9901
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2021-11-15
Podpisane przez	Mirosław Suski Dyrektor Generalny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.104.37.37.7341
Data wydruku:	2021-11-15 13:51:28
Autor wydruku:	Złotowska Helena