



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

NKK3.9062.158.2023.AW
Warszawa, 14 czerwca 2023

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa Beneficjenta	Centrum Opieki Medycznej ul. 3-go Maja 70, 37-500 Jarosław
Nr/Tytuł projektu	POIS.11.03.00-00-0045/22 „Poprawa jakości usług w zakresie diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa ex-post procedury zawierania umów.
Termin kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 24 maja 2023 r. Data zakończenia kontroli: 12 czerwca 2023 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Kontrolą objęta była dokumentacja dotycząca postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa sprzętu medycznego (aparat RTG, aparaty USG, respirator stacjonarny, komory laminarne, mikroskopy, stacja diagnostyczna radiologiczna).” nr referencyjny: ZaP-8/23, nr ogłoszenia 2023/S 018-048277.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>W przesłanej przez Beneficjenta dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.</p> <p>Stwierdzono uchybienia:</p> <p>a) Braki w treści ogłoszenia o zamówieniu. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie z wzorami standardowych formularzy, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1, z późn. zm.). Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane przez Zamawiającego nie zawiera informacji wymaganych w Sekcji III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym, a mianowicie nie zamieszczono informacji o podstawach wykluczenia. Z uwagi na to, że Zamawiający od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu upublicznił na stronie internetowej SWZ, gdzie</p>

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



wskazane zostały wszystkie podstawy wykluczenia wykonawców, powyższy błąd uznaje się za uchybienie formalne.

b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm.

Zamawiający wskazał w pkt 4.2 SWZ:

„W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym”.

Zamawiający odniósł się do norm w opisie przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach:

Zadanie 5 - Respirator stacjonarny – 1 szt.

„Zgodność z normą DIN EN ISO 80601-2-13”.

Zadanie 7 - Komora laminarna (duża) – 1 szt.

„Zgodna z normą EN12469”.

„Wyposażona w dwa filtry HEPA 14: filtr główny i filtr wylotowy, zgodne z EN 1822: sprawność nie gorsza niż 99,995% dla MPPS i 99,999% dla DOP, zapewniające czystość powietrza: ISO 4 wg ISO 14644-1: 353 cząst. > lub = 0,5µm/m³; 10000 cząst. > lub = 0,1 µm/m³.”

W powyższych przypadkach Zamawiający nie dopuścił rozwiązań równoważnych odnosząc się do norm w opisie przedmiotu zamówienia.

Zawarcie w dokumentach zamówienia ogólnej informacji o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych nie jest wystarczające bowiem każdemu odniesieniu do norm powinno towarzyszyć sformułowanie "lub równoważny".

Powyższe stanowi o uchybieniu formalnym nie skutkującym naliczeniem korekty finansowej.

c) Uchybienia w zakresie ogłoszeń.

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nie zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w DUUE pod nr 2023/S 082-247567 z dnia 26/04/2023 r. natomiast nie zostało opublikowane na stronie postępowania.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 Pzp Zamawiający udostępnia ogłoszenie również na stronie internetowej prowadzonego postępowania, przepis ten dotyczy wszystkich ogłoszeń publikowanych przez Zamawiającego w DUUE, tak więc dotyczy również ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- Ogłoszenia o wykonaniu umowy dla części nr 3, 4, 5, 6 zostały opublikowane z przekroczeniem 30 dniowego terminu wynikającego z art. 448 Pzp.

Powyższe naruszenia są uchybieniami formalnymi, które nie skutkują naliczeniem korekty finansowej.

	<p>d) Brak daty zawarcia aneksu do umowy. Odnośnie części 1 zamówienia Zamawiający zawarł aneks nr 1 do umowy dotyczący zmiany terminu realizacji zadania. Aneks zawarty przez strony nie zawiera daty. Odnosi się tylko do daty zawarcia umowy. Brak daty zawarcia aneksu nie stanowi o jego nieważności jednakże utrudnia właściwą ścieżkę audytu.</p>
--	--

Hubert Milanowicz
Naczelnik
/dokument podpisany elektronicznie/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3385629.11597436.11842573
Nazwa dokumentu	informacja o wyniku kontroli_BIP Jarosław.pdf
Tytuł dokumentu	informacja o wyniku kontroli_BIP Jarosław
Sygnatura dokumentu	NKK3.9062.158.2023
Data dokumentu	2023-06-14 15:10:24
Skrót dokumentu	D52E9435C48958B81A03DB018DA97B05DA1A5 A53
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2023-06-14
Sygnatariusz	hubert milanowicz
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.114.42.42.
Data wydruku:	2023-06-14 15:15:36
Autor wydruku:	Wolska Agnieszka