

**Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr ADM.2600.153.2024 z dnia 15.10.2024 r.**

**1.OPZ, Autoklaw**

Zamawiający wymaga zapewnienie innej formy dostarczenia wody dejonizowanej do autoklawu, ze względu na brak możliwości podłączenia bezpośrednio do urządzenia demineralizującego wodę.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przez powyższe rozumie, iż wraz z autoklawem ma być dostarczone urządzenie produkujące i dostarczające ciśnieniowo wodę uzdatnioną na potrzeby wytwornicy pary autoklawu.

**Ad. 1. Prosimy o dostarczenie specyfikacji technicznej urządzenia produkującego i dostarczającego ciśnieniowo wodę uzdatnioną na potrzeby wytwornicy pary autoklawu wraz z szacunkowym kosztem użytkowania i serwisowania urządzenia w roku.**