

**WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W POZNANIU**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 61 854-48-00
- Dyrektor WSSE w Poznaniu 61 852-99-18
- e-mail WSSE w Poznaniu sekretariat@wssepoznan.pl
- Sekcja ds. Zamówień Publicznych 61 8544-89-00
- e-mail: zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl

ul. Noskowskiego 23
61-705 Poznań
NIP 778 11 71 963
REGON 000294065
BDO 000207899
www.wsse-poznan.pl

EA-ZP.272.7.2021

Poznań, dnia 14.05.2021 r.

**Wszyscy zainteresowani udziałem
w postępowaniu na dostawę
sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb
Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-
Epidemiologicznej w Poznaniu**

W odpowiedzi na pytania zadane przez Oferentów informujemy, co następuje:

Załącznik 2.5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu z automatycznie odblokowywanymi drzwiami, zamiast automatycznie unoszonymi? Oferowany autoklaw posiada funkcję automatycznego odblokowania i zwolnienia drzwi. Unoszą się one automatycznie na kilka cm, jednak uniesienie drzwi do pozycji pionu jest możliwe tylko przy pomocy operatora.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na autoklaw bez automatycznie unoszonych drzwi.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

mgr Jacek Szopka