

Szczecin, 28-08-2024 r.

OSZ.T-1.2431.18.2024

Dotyczy postępowania pn. **„Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowe Oddziału GDDKiA Szczecin”**

W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Opisu Przedmiotu Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

W związku z koniecznością zabetonowania podstawy ubijaka przed rozpoczęciem jego użytkowania oraz wymogiem, aby sprzęt następnie nie był użytkowany przez okres 3 tygodni, czy za kompletną dostawę uznaje się ubijak gotowy do użycia w dniu dostawy? Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zabetonowania podstawy w miejscu dostawy w dniu dostarczenia towaru?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Przedmiot zamówienia w dniu dostarczenia do siedziby WT-LD musi być gotowy do użytkowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zabetonowania podstawy w miejscu dostawy w dniu dostarczenia towaru.

Pytanie nr 2

Czy w przypadku braku laboratorium wzorcującego, na terenie Polski, spełniającego wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza przedstawienie świadectwa wzorcowania wydanego przez autoryzowany serwis producenta sprzętu?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza przedstawienie świadectwa wzorcowania wydanego przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
Robert Jurczak
Zastępca Dyrektora Oddziału