



**Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Przeworsku
Rynek 1, 37-200 Przeworsk**

Przeworsk, dnia 17.11.2023 r.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania pn: „**Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego**”

Znak sprawy PSA.272.8.2023

Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przeworsku - informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dostawę demineralizatora wody przystosowanego do współpracy z autoklawami jak i zmywarkami z istotnie niższymi kosztami materiałów eksploatacyjnych w porównaniu do firm konkurencyjnych. Istotne różnice to: - wymiary 340x360x490mm +/- 10% - możliwość ustawienia progów alarmowych sygnalizacji przekroczeń przewodności wody w zakresie 0,06 do 30 μ S/cm - brak alarmu o konieczności wymiany modułu RO

Odpowiedź:

Odpowiedź: Nie, zgodnie ze specyfikacją zamówienia Zamawiający dopuszcza wymiary 230x440x500 mm - \pm 5% .