



Nasz znak: SAT.272.2.2023.AC

Skierniewice, dnia 11 lipca 2023 r.

### Pytania i odpowiedzi nr 9

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach udziela odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego.

nr postępowania SAT.272.2.2023.AC

#### Dotyczy części nr 3 – Autoklaw

1. Czy Zamawiający chce mieć możliwość wydruku raportu bezpośrednio z autoklawu (wbudowana drukarka), czy wymaga tylko oprogramowania umożliwiającego sporządzanie raportów i drukowanie ich na standardowej drukarce (która nie jest w zakresie dostawy)?

**Ad 1. Zamawiający chce mieć możliwość wydruku raportu bezpośrednio z autoklawu (wbudowana drukarka).**

2. Prosimy o rozwinięcie punktu "Dokumentacja z walidacji procesów". Proszę o doprecyzowanie, jaka konkretnie dokumentacja jest wymagana (zakres walidacji).

**Ad 2. Zamawiający pisząc w specyfikacji o „Dokumentacji z walidacji procesów” ma w zamierzeniu otrzymanie dowodu potwierdzającego, że proces sterylizacji w autoklawie został sprawdzony poprzez pomiary ciśnienia, temperatury i czasu za pomocą precyzyjnych urządzeń pomiarowych, najlepiej wzorcowanych, podczas pracy urządzenia. Minimalny zakres – dla programu sterylizacji płynów i materiałów stałych (materiał zakaźny płynny znajdujący się w probówkach, kolbach, materiał stały na płytkach Petriego**

3. Proszę o informację o miejscu docelowym, w którym autoklaw będzie się znajdował. Czy w budynku jest winda, do której zmieści się urządzenie o wymiarach 610 x 876 x 1110 (SxGxW) mm? Ile schodów jest do pokonania?

**Ad 3. Miejsce docelowe autoklawu będzie w pomieszczeniu na parterze, budynek nie posiada windy, do pokonania są trzy schody wejściowe do budynku ale skorzystać można z podjazdu dla osób niepełnosprawnych.**

#### Dotyczy części nr 5 – Chłodziarka farmaceutyczna

4. Proszę o informacje dotyczące miejsca docelowego, w którym będzie się znajdowała chłodziarka farmaceutyczna. Czy w budynku jest winda towarowa, do której zmieści się urządzenie o wymiarach 1420x800x1990 (SxGxW)? Czy urządzenie bez problemu zmieści się we wszystkich ciągach komunikacyjnych i otworach drzwiowych? Ile schodów jest do pokonania w drodze do miejsca docelowego?

#### Ad.4

- a. urządzenie będzie znajdować się na parterze,
- b. brak windy towarowej,



- c. tak, wejście główne (3 schodki), ale jest możliwość skorzystania z podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- d. drzwi do budynku – 2000 x2200 mm,  
drzwi do części laboratoryjnej – 1500x2050 mm,  
drzwi do pomieszczenia gdzie będzie stała chłodziarka 800x2000 mm,

**Dotyczy wzoru umowy - paragraf 4, pkt. 5**

5. Czy Zamawiający odstąpi całkowicie od wymogu przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych, jeśli Producent ich nie wymaga?

**Ad.5 Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dotyczy wzoru umowy - paragraf 4, pkt. 6**

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wady do 10 dni roboczych lub 20 dni roboczych (w przypadku konieczności sprowadzenia części zza granicy)?

**Ad.6 Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 14 dni roboczych.**

**Dotyczy wzoru umowy - paragraf 4, pkt. 6**

7. Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego. Wszelkie naprawy realizowane są w możliwie krótkim terminie. Dostarczenie sprzętu zastępczego jest operacją bardzo kosztowną (np. w przypadku podwójnej lodówki farmaceutycznej lub autoklawu produkowanego na specjalne zamówienie) i często technicznie niemożliwą do zrealizowania.

**Ad.7 Zamawiający wyraża zgodę.**

KIEROWNIK SEKCJI  
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEJ  
PSSE W SKIERNIEWICACH

*mgr Andrzej Czarnecki*

DYREKTOR  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Skierniewicach

*z up. mgr Dorothea Rosińska*  
Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

