



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

Warszawa, 31 grudnia 2021 r.

NKK3.9062.357.2021.PK

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa Beneficjenta	Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku ul. Warty 21, 57-300 Kłodzko
Nr/Tytuł projektu	POWR.05.03.00-00-0003/19 „Wdrożenie programu rozwojowego i utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna procedury zawierania umów
Termin kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 8 grudnia 2021 r. Data zakończenia kontroli: 17 grudnia 2021 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Zakup gotowego modułu Sali Symulacji Wysokiej Wierności z zakupem wyposażenia Centrum Symulacji Medycznej - Sali Symulacji Wysokiej Wierności ogłoszenie w bazie konkurencyjności nr 2021-19779-59253 z dnia 14.07.2021 r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Stwierdzone naruszenie: Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm i nie wskazał jednocześnie, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Świadczy to o naruszeniu przepisów Dyrektywy 2014/24/UE i niezgodności z Rozdziałem 6.5.2 pkt 5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 który stanowi: „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, opis przedmiotu zamówienia nie może zawierać odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób zgodnie ze zdaniem pierwszym. Takim odniesieniom muszą towarzyszyć słowa „lub równoważne”. Zamawiający powołał się na następujące normy i nie wskazał jednocześnie, że dopuszcza rozwiązania równoważne: INSTALACJE – wewnętrzne - Instalacja wykonana zgodnie z PN-HD60364-

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: +48 22 530 02 80
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

niepodlega



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



	<p>4-41. Laryngoskop F.O LED 2.5 V światłowodowy z kompletem łyżek 2-3-4 - lekko odgięta końcówka dla zachowania lepszej widoczności wg niemieckiej normy ISO 7376/3 (...), uchwyt zgodny z normą niemiecką DIN ISO 7376/3. Zakup wyposażenia sali pielęgniarskiej wysokiej wierności - Ssak elektryczny - Parametry techniczne: zasilanie - 230V/50Hz, podciśnienie - - 80 kPa, przepływ maksymalny - 40l/min, wymiary: 35x18x21, waga- 4,15 kg, normy: EN 60601-1; ISO 10079-1. Aparat EKG- z automatyczną analizą i interpretacją zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE).</p>
--	---

Hubert Milanowicz

Naczelnik

/dokument podpisany elektronicznie/

Sporządził: Piotr Kulma - NKK3