

Skarżysko-Kamienna, 10.07.2023 r.

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Skarżysku-Kamiennej  
ul. Czerwonego Krzyża 10  
26-110 Skarżysko-Kamienna

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zakup 2 sztuk komór laminarnych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach projektu „Wzmocnienie Infrastruktury Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania” realizowanego w ramach osi priorytetowej XI REACT-EU Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 w zakresie wsparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji).

**W związku z otrzymanymi pytaniami zadanymi poprzez platformę „Baza Konkurencyjności” w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, udziela odpowiedzi:**

I Pytanie numer 9 z dnia 07.07.2023 r.:

W odpowiedzi na prośbę Zamawiającego odnośnie doprecyzowania pytania:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną zgodną z normą EN 12469, ale z deklaracją zgodności?

Uzasadnienie: Wraz z komorami zostanie dostarczony dokument (tj. deklaracja zgodności CE zgodnie z normą EN 12469 oraz dyrektywami 2006/42/WE , 2014/30/UE , 2014/35/UE) wystawiony przez Producenta komór laminarnych , który zagwarantuje Zamawiającemu, że dostarczone urządzenia są wyprodukowane zgodnie z normą EN 12469. Prosimy o dopuszczenie przedstawienia w/w dokumentu.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje, że certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 12469:2002 będzie wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą, uprawnioną do tego typu certyfikacji.

II Pytania numer 10 z dnia 07.07.2023 r.:

I – Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa – szt. 1

1. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości obszaru roboczego 1190 mm? Oferowana komora jest mniejsza o 10 mm. Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

2. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez procentowego zużycia lampy UV? Oferowana komora posiada tylko licznik godzin pracy. Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza komorę z licznikiem pracy godzin bez procentowego zużycia lampy UV, lecz z komunikatem całkowitego zużycia bądź wymiany lampy.

II – Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa – szt. 1

1. Czy Zamawiający dopuści certyfikat EN12469 dla komory laminarnej o szerokości 1200 mm i szerokości 1800 mm z tej samej serii? Oferowana komora nie posiada certyfikatu EN12469 wystawionego na szerokość ok. 1500 mm. Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Na każdą komorę wymagany jest certyfikat potwierdzający zgodność z normą.

2. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości obszaru roboczego 1495 mm? Oferowana komora jest mniejsza o 5 mm. Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez procentowego zużycia lampy UV? Oferowana komora posiada tylko licznik godzin pracy. Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza komorę z licznikiem pracy godzin bez procentowego zużycia lampy UV, lecz z komunikatem całkowitego zużycia bądź wymiany lampy.

III Pytania numer 11 z dnia 10.07.2023 r.:

Szanowni Państwo: Proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

Dotyczy komory 1)

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną z blatem roboczym większym o zaledwie 2 cm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy komory 2)

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną z blatem roboczym większym o zaledwie 2,5 cm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Skarżysku-Kamiennej**  
**Anna Chrzanowska**  
SPECJALISTA W OZIECZNIEMIE  
ZAGROZOMA PUBLICZNEGO