



Minister Zdrowia

Warszawa, 03 czerwca 2022

PLPR.055.6.2022.WM

ZAWIADOMIENIE

Minister Zdrowia, działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), zawiadamia o sposobie załatwienia petycji z dnia 4 lutego 2022 r., uzupełnionej pismem z dnia 11 marca 2022 r. w przedmiocie podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie udoskonalenia specjalnych wytycznych i norm przy zakupie sprzętu medycznego w celu ograniczenia możliwości popełniania błędów medycznych, w sposób negatywny.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2022 r. na adres poczty elektronicznej Kancelarii Ministerstwa Zdrowia wpłynęła petycja w sprawie podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania dotyczącego życia zbiorowego, wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji w przedmiocie udoskonalenia opieki zdrowotnej, wymieniając przy tym szereg urządzeń medycznych.

Pismem z dnia 10 marca 2022 r. znak PLPR.055.6.2022.WM, Minister Zdrowia wezwał Wnoszącą petycję do uzupełnienia braków formalnych poprzez doprecyzowanie jakiego

rodzaju działania wnosząca petycję oczekuje ze strony Ministerstwa Zdrowia, w odniesieniu do wskazanych w petycji urzędów w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.

W dniu 11 marca 2022 r. na adres poczty elektronicznej Kancelarii Ministerstwa Zdrowia wpłynęło uzupełnienie petycji, w którym Wnosząca petycję wskazała, iż postuluje o udoskonalenie i usprawnienie opieki zdrowotnej poprzez podjęcie działań w postaci wprowadzenia specjalnych wytycznych i norm przy zakupie sprzętu medycznego w celu ograniczenia możliwości popełniania błędów medycznych.

Odnosząc się do przedmiotowej petycji należy wskazać, iż nie jest zasadne wprowadzenie specjalnych wytycznych przy zakupie sprzętu medycznego zawierającego dodatkowe parametry oraz funkcje służące do instruowania profesjonalnego personelu medycznego jak postępować zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Wskazany w treści przedmiotowej petycji przykład kardiomonitora, ciśnieniomierza oraz pulsoksymetru wyświetlającego komunikaty odnoszące się do procedur postępowania oraz dawkowania leków nie powinny przesądzać o sposobie leczenia pacjenta.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2021 r. poz. 790, ze zm.) lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należyłą starannością. Powyższe oznacza, iż w obowiązującym porządku prawnym przewidziany jest obowiązek stosowania się lekarza do wytycznych związanych z aktualną wiedzą medyczną pod groźbą odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

W literaturze podkreśla się, że lekarz nie jest zobowiązany do osiągnięcia rezultatu, lecz spoczywa na nim obowiązek starannego działania, który ma doniosłe konsekwencje jurydyczne: odpowiedzialność wobec pacjenta (pośrednio poszkodowanych) powstaje jedynie w razie stwierdzenia winy lekarza (*Odpowiedzialność prywatnoprawna System Prawa Medycznego tom 5, red. prof. dr hab. Ewa Bagińska, Komentarz do ustawy: Zawód lekarza i lekarza dentysty, wydanie 1, 2021 r.*). W związku z tym wprowadzenie obowiązku stosowania się przez lekarza do komunikatów wyświetlanych przez

urządzenia medyczne, zakładając poprawne ich funkcjonowanie w pełnym okresie jego eksploatacji, nie tylko ograniczałoby indywidualne (nie schematyczne w przypadku urządzenia) podejścia do pacjenta, lecz także ograniczałoby potencjalną odpowiedzialność lekarza za szkody wyrządzone pacjentowi, z uwagi na brak jego winy.

W dalszej kolejności należy wskazać, iż profesjonalny personel medyczny legitymizuje się nie tylko wymaganymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych, ale także niezbędnym doświadczeniem, które zwiększa szanse udzielenia pomocy pacjentowi w przypadkach złożonych, często z niestandardowymi objawami i dolegliwościami, czego nie można przypisać zaprogramowanym według określonych parametrów urządzeniom. Z uwagi na powyższe postanowiono jak w sentencji.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu

/dokument podpisany elektronicznie/