



Kraków, dnia 14 marca 2023 r.

AG.240.4.2023.BM

**Wyjaśnienia treści SWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację
komory klimatycznej**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej podaję treść pytania oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie 1:

„Zewnętrzne zbiorniki lub demineralizator (podłączony do komory i sieci wodociągowej) są alternatywnymi sposobami zaopatrzenia komory w wodę. Nie można stosować obu rozwiązań jednocześnie (w tym samym czasie). Czy w związku z tym Zamawiający podtrzymuje konieczność zaoferowania obu rozwiązań?”

Odpowiedź 1:

W związku z brakiem możliwości zapewnienia obu rozwiązań jednocześnie, tj. wyposażenia komory zarówno w zewnętrzne zbiorniki na wodę jak i demineralizator, wycofujemy się z wymogu uzupełnienia komory o urządzenie do uzdatniania wody. Niezbędnym elementem komory wciąż pozostają jednak zewnętrzne zbiorniki na wodę

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowi jej integralną część, a przy tym z uwagi na jego zakres i charakter nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr hab. Dariusz Zubą
Profesor instytutu