

Wykaz składników rzeczowych majątku ruchomego PSSE w Elku  
przekazane do nieodpłatnego przekazania

LP	Nazwa składniku majątku	Nr inwentarzowy	Rok produkcji	Ilość	Opis stanu technicznego	Stopień zużycia
1.	Chłodziarka laboratoryjna Polar CP200 nr fabr. 403416	OBM/E/I/05	1998	1	niesprawny agregat , brak uszczeltek , pęknięte drzwiczki	100%
2.	Cieplarka Binder	E11/8/46/2004	2004	1	niedziałający układ grzewczy	100%
3.	Termometr Min/Max F13012	OBM/A/VIII/04	2007	1	niedziałający wyświetlacz	100%
4.	Krzesełko biurowe ISO niebieskie	E13/K4/2 (P9/21)	2000	1	uszkodzona tapicerka, niesprawny siłownik	100%
5.	Krzesełko biurowe ISO niebieskie	E13/K4/2 (P10/21)	2000	1	uszkodzona tapicerka, niesprawny siłownik	100%
6.	Krzesełko biurowe ISO niebieskie	E13/K4/2 (P14/21)	2000	1	uszkodzona tapicerka, niesprawny siłownik, brak kótek	100%
7.	Komputer stacjonarny Płyta MSI z procesorem CELERON G1610 2,6 GHz RAM DDR 3,4 GB	E13/K7/31	2014	1	Przepalona płyta główna, niesprawny zasilacz, uszkodzona pamięć RAM	100%
8.	Notebook HP	E13/K7/24	2008	1	Rozbity ekran, brak baterii, niedziałająca klawiatura	100%
9.	Zasilacz awaryjny UPS	E13/Z6/34	2014	1	Pęknięta obudowa, zużyta bateria	100%
10.	Zasilacz awaryjny UPS	E13/Z6/35	2014	1	Pęknięta obudowa, zużyta bateria	100%
11.	Minutnik laboratoryjny Labor 3 07A05	OBFCH/E/XIII/09	2020	1	niedziałający wyświetlacz	100%
12.	Krzesełko Fala 09 GTP (CPT) V24	E13/K4/25 (P5/6)	2004	1	uszkodzona tapicerka, niesprawny siłownik, brak kótek	100%
13.	Dozator butelkowy, nr fabr. 11K55894	OBFCH/A/XV/08	2013	1	uszkodzony tłok, przecieka	100%
14.	Dozator butelkowy, nr fabr. 10L99006	OBFCH/A/XV/11	2013	1	uszkodzony tłok, przecieka	100%
15.	Przepływomierz elektroniczny PW-2001 z wyposażeniem Nr fabr. 06/04	E11/8/36/2004	2004	1	uszkodzony wyświetlacz, niestabilność pomiarów przepływu powietrza	100%
16.	Rotometr stołowy ROS-06 Nr fabr. 1340101	OBFCH/B/I03	2011	1	uszkodzony podczas transportu - rozbite szklane elementy urządzenia	100%
17.	Krzesełko Fala 09 GTP (CPT) V24	E13/K4/26 (P15/17)	2004	1	uszkodzona tapicerka, niesprawny siłownik, brak kótek	100%
18.	Krzesełko Fala 09 GTP (CPT) V24	E13/K4/26 (P16/17)	2004	1	uszkodzona tapicerka, niesprawny siłownik	100%
19.	Głowica do aspiratora pomiarowa fi 50 z wylotem otwartym	T-1	2008	1	uszkodzony kruciec i obudowa głowicy	100%
20.	Głowica do aspiratora pomiarowa fi 50 z wylotem otwartym	T-2	2008	1	uszkodzony kruciec i obudowa głowicy	100%
21.	Głowica do aspiratora pomiarowa fi 50 z wylotem otwartym	T-3	2008	1	uszkodzony kruciec i obudowa głowicy	100%
22.	Głowica do aspiratora pomiarowa fi 50 z wylotem otwartym	T-4	2008	1	uszkodzony kruciec i obudowa głowicy	100%
23.	Głowica do aspiratora pomiarowa fi 50 z wylotem otwartym	T-5	2008	1	uszkodzony kruciec i obudowa głowicy	100%
24.	Głowica do aspiratora pomiarowa fi 50 z wylotem otwartym	T-6	2008	1	uszkodzony kruciec i obudowa głowicy	100%
25.	Zestaw mebli 7-elementowy Półka wisząca BRW P /1/7	E13/M9/25 (P6/7)	2004	1	brak okleiny, brak łącznika pomiędzy półkami	100%
26.	Zestaw mebli 3-elementowy Szafka BRW D/7/7 2-drzwiowa	E13/M9/32 (P1/3)	2004	1	Pęknięte zawiasy, spuchnięte po zalaniu brak uchwytów, zdarta politura	100%