

#### WYJAŚNIENIE DO SWZ znak: OEA-ZP.272.1.1.2022.4

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na dostawę materiałów laboratoryjnych i szkła laboratoryjnego dla potrzeb Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Kętrzynie.**

**Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00112671/01 z dnia 2022-04-06**

Powiatowa Stacja Sanitarно - Epidemiologiczna w Kętrzynie zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na przesłane zapytania dotyczące treści SWZ wyżej wymienionego postępowania:

#### Pytania do SWZ:

**Pytanie 1.** Dotyczy: Pakietu 43: Jako producent asortymentu z pakietu 43 poz. 1 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie asortymentu z terminem ważności 12.2022 dla dostawy do 15.05.2022r. Dostawa od drugiej połowy maja 2022 będzie możliwa z terminem ważności min. 12 miesięcy.

#### Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 2.** Dotyczy: Zadanie 23 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z pozycji 13 i 16 bez certyfikatu zgodności z dyrektywą 98/79/ EC? Oferowane przez wykonawcę produkty w pozycjach 13 i 16, podobnie jak w pozycji 10 i 12 nie są wyrobami medycznymi w związku z tym nie posiadają deklaracji zgodności z w/w dyrektywą.

#### Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający w zadaniu 23 na produkty z pozycji 13 i 16 (dla laboratorium SBMŻ) nie wymaga certyfikatu zgodności z dyrektywą 98/79/EC-CE, a jedynie przykładowe certyfikaty jakości, o ile nie można ich samodzielnie pobrać ze strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę.

**Pytanie 3.** Dotyczy: Zadanie 23, wymogi dla SBEK – Czy nie zaszła omyłka pisarska, Zamawiający zastrzegł, iż dokumenty wymienione w pkt. 1 – 8 należy skompletować oddzielnie, natomiast wymienionych jest tylko 7 punktów.

#### Odpowiedź na pytanie:

Tak, zaszła omyłka pisarska. Należy skompletować dokumenty wymienione w pkt. 1-7

**Pytanie 4.** Dotyczy: Zadanie 23, dokumenty jakie należy dołączyć do dostawy, dotyczy SBEK oraz SBMŻ – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do dostawy certyfikatów kontroli jakości, kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz metodyk produktów i zgodzi się na samodzielne pobranie dokumentów? Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego całodobowo.

#### Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do dostawy certyfikatów kontroli jakości, kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz metodyk produktów oraz innych dokumentów wymienionych w Załączniku nr 1 – Formularz cenowy i samodzielnie pobierze te dokumenty, jeśli

Wykonawca wskaże adres strony internetowej, pod którym będą one dostępne bezpłatnie do pobrania dla Zamawiającego.

**Pytanie 5.** Dotyczy: Zadanie 23 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie produktów z następującymi terminami ważności: – pozycja 4 – min. 6 m-cy od daty dostawy – pozycja 5 – min. 1 miesiąc od daty dostawy? Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu z poz.4 z terminem ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy oraz zaoferowanie produktu z poz.5 z terminem ważności min. 1 miesiąc od daty dostawy.

**Pytanie 6.** Dotyczy: Zadanie 23 – Czy nie zaszła omyłka w postaci zdublowania produktu i Zamawiający wymaga wyceny tego samego odczynnika w pozycji 9 i 15?

Odpowiedź na pytanie:

W poz. 9 i 15 nie zaszła omyłka pisarska. Zamawiający wymaga wyceny tego samego odczynnika, zamawianego oddzielnie dla dwóch różnych sekcji laboratorium: SBEK i SBMŻ.

**Pytanie 7.** Dotyczy: Projekt umowy, §2 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Na fakturze należy wpisać numer zamówienia nadany przez Zamawiającego lub numer umowy”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wymaga wpisania na fakturze numeru zamówienia nadanego przez Zamawiającego.

**Pytanie 8.** Dotyczy zadania nr 8- Płytki Petriego: Płytki z pozycji nr 4 sprzedawane są w opakowaniach po 1005 sztuk (67 rękawów po 15 sztuk), z uwagi na fakt, że produkt jest sterylny, niemożliwe jest rozdzielanie płytek z danego rękawa. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ww. płytek Petriego w łącznej ilości 5010 sztuk zamiast 5000 sztuk?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 9.** Dotyczy: Zadanie nr 12 – Pojemniki do pobierania próbek: Poz. 1, 2 – Czy Zamawiający zaakceptuje pakiety do wymazów w probówce okrągłodennej z PP o dł. 165 mm i śred. zewn. 13 mm, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający akceptuje pakiety do wymazów w probówce okrągłodennej z PP o dł. 165 mm i śred. zewn. 13 mm, spełniające pozostałe wymagania SWZ.

**Pytanie 10.** Dotyczy: umowy: (§ 4 ust. 1,2 oraz § 5 ust. 1) Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje treść umowy w następujący sposób:

- 1) § 4 ust. 1 przyjmuje brzmienie: „W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kary umownej w wysokości 2 % wartości netto niezrealizowanej pozycji z zamówienia za każdy dzień zwłoki.”
- 2) § 4 ust. 2 przyjmuje brzmienie: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku zwłoki w usunięciu wad fizycznych lub jakościowych towaru, stwierdzonych przy odbiorze. Wysokość kary stanowić będzie 2 % wartości netto zamówienia, w którym stwierdzono wady za każdy dzień

zwłoki liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego do usunięcia tych wad do dnia usunięcia wad łącznie.”

3) § 5 ust. 1 przyjmuje brzmienie: „W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca może zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% kwoty netto niezrealizowanej części umowy.”

4) § 5 pkt. 2 przyjmuje brzmienie: „W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający może zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% kwoty netto niezrealizowanej części umowy.”

**Pytanie 11.** Dotyczy umowy: (§ 4 ust. 1) Prosimy o podanie podstaw prawnych naliczania kar umownych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 0,1% wartości netto niezrealizowanej pozycji z zamówienia za nie dotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy? Uzasadnienie: Prośbę swą motywujemy tym iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta, o którą prosimy w znacznym stopniu przybliży wymagany prawem charakter. W treści KC nie ma postanowień, które wskazywałyby na preferowanie Zamawiającego, zawierającego umowę o Zamówienie publiczne. Także żaden zapis z Prawa Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia odstępstw od zasady równości stron.

Odpowiedź na pytanie:

Podstawą prawną naliczania kar umownych jest art. 483 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie procenta naliczanej kary.

**Pytanie 12.** Dotyczy umowy: (§ 4 ust. 2) Prosimy o podanie podstaw prawnych naliczania kar umownych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 0,1% wartości netto za nie dotrzymanie ustalonego terminu usunięcia wad? Uzasadnienie: Projektując zapisy umowne w przedmiocie kar umownych, Zamawiający powinien mieć na uwadze, że wykonawcy nie odpowiadają za zdarzenia, na których powstanie nie mają wpływu. Ponadto takie uregulowanie jest nieuzasadnionym rozszerzeniem odpowiedzialności wykonawcy. Kary umowne winny być powiązane z zawinieniem wykonawcy, na bazie art. 473 k.c. w związku z art. 5 k.c.

Odpowiedź na pytanie:

Podstawą prawną naliczania kar umownych jest art. 483 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie procenta naliczanej kary.

**Pytanie 13.** (§ 8 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy? Uzasadnienie: Zezwoli to Zamawiającemu na dokonanie aneksowania umowy bez podejrzenia naruszenia ustawy Pzp, w związku z tym, iż Zamawiający przewidział takowy wariant już na etapie uruchomienia procedury przetargowej.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 14.** Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu: „Dostawca ma prawo zmiany ceny w przypadku ponad 5-procentowego wzrostu kursu EUR/PLN, liczonego jako odchylenie procentowe bieżącego średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN do średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN z dnia złożenia oferty. Zmiana ceny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga pod rygorem nieważności zawarcia pisemnego aneksu. Rozliczenie zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie rozliczone poprzez wystawienie faktury korygującej.”

Odpowiedź na pytanie:

Zmiana ceny będzie sprzeczna z prawem zamówień publicznych. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 15.** Dotyczy umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy następujące postanowienia: Poza zmianami umowy dopuszczonymi w Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów. Uzasadnienie: Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: Potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowanie przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic, ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający przewidział zmianę umowy w wyniku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych i dopuszcza zmiany umowy zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy w pkt. 1 i 4 § 6 umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację tych postanowień.

**Pytanie 16.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin przydatności produktów w pakiecie nr 12 wynosił 12 m-cy od daty zakupu tak jak dla pakietu 27? W związku z tym iż umowa zawierana jest z wykonawcą na okres ok. 8 m-cy a zamówienia Zamawiający będzie składał sukcesywnie, nie widzimy podstaw dostawy towaru z terminem ważności wynoszącym 2 lata od daty dostawy, bowiem zgodnie z zapisem Umowy Zamawiający będzie dokonywał zamówień w miarę potrzeb, zatem nie ma niebezpieczeństwa, iż Zamawiający zakupi towar, którego nie zdąży zużyć w terminie jego ważności.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 17.** Dotyczy zadania nr 38: Czy Zamawiający dopuści butelki czworoboczne (Kwadratowe w podstawie) z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza butelki czworoboczne (kwadratowe w podstawie) z zachowaniem pozostałych parametrów.

**Pytanie 18.** Dotyczy zadania nr 18, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 19.** Dotyczy zadania nr 43, pozycja 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 20.** Dotyczy zadania nr 43, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści biologiczne wskaźniki kontroli procesu sterylizacji parą wodną o czasie inkubacji 7 dni?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 21.** Dotyczy zadanie 16, poz.2: Czy Zamawiający dopuści preparat w tabletkach Chloramix DT, którego skład jest oparty o dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu (750g/kg) do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i wyposażenia pomieszczeń, skuteczny również w obecności znacznych zanieczyszczeń organicznych. Do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, o pH 4-6, stabilność roztworu wynosi 24 h. Skuteczny w warunkach wysokiego obciążenia wobec B, Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. albicans), grzybów, V (BVDV, Adeno, Noro, Polio), S. (C. difficile) w 1.000ppm w 15min. oraz w warunkach niskiego obciążenia S (B. subtilis) w 1.000ppm w 15min. Opakowanie 300 tabl. Produkt biobójczy.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 22.** Dotyczy zadanie 16, poz.3: Czy Zamawiający dopuści do ocen alkoholowy płyn Desderman Care, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu. Skład: Etanol 83,7g/100g. Produkt bez zawartości jodu, chlorheksydyny. Produkt bezbarwny, zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i witamina E). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk EN 1500 - 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sekund. Spektrum działania potwierdzone badaniami: B, F(c. albicans), Tbc, V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, noro) – 15 s, adeno – 15s, polio – 30s. Produkt biobójczy, 500 ml.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 23.** Dotyczy zadanie 16, poz.4: Czy Zamawiający dopuści preparat Mikrozyd Universal, gotowy do użycia, niskoalkoholowy, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Produkt posiada doskonałą kompatybilność materiałową, został przebadany dermatologicznie. Preparat o właściwościach myjących, jest skuteczny zgodnie z normą EN 16615 w czasie 1 minuty. Skład: 100 g preparatu zawiera: 17,4 g propan-2-ol, 12,6 g etanol (94% w/w). Spektrum działania: B, F (c. albicans), V(BVDV, Vaccinia, rota, polyoma, HIV, HBV, HCV, noro) – 1 minuta, Tbc( m.terrae) – 5 minut. Produkt może być używany do dezynfekcji głowic sond USG. Wyrób medyczny, opakowanie a 1L.


Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 24.** Dotyczy zadanie 16, poz.5: Czy Zamawiający dopuści preparat Mikrozyd Universal, gotowy do użycia, niskoalkoholowy, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Produkt posiada doskonałą kompatybilność materiałową, został przebadany dermatologicznie. Preparat o właściwościach myjących, jest skuteczny zgodnie z normą EN 16615 w czasie 1 minuty. Skład: 100 g preparatu zawiera: 17,4 g propan-2-ol, 12,6 g etanol (94% w/w). Spektrum działania: B, F (c. albicans), V(BVDV, Vaccinia, rota, polyoma, HIV, HBV, HCV, noro) – 1 minuta, Tbc( m.terrae) – 5 minut. Produkt może być używany do dezynfekcji głowic sond USG. Wyrób medyczny, opakowanie a 1L.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza.

ZATWIERDZIŁ  
Dyrektor PSSE w Kętrzynie  
Irmina Filipek  
DYREKTOR  
Powiatowej Stacji  
Sanitarnej-Epidemiologicznej  
w Kętrzynie  
  
Irmina Filipek  
mgr higieny i epidemiologii