



# Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim

97-300 Piotrków Trybunalski, Aleja 3 Maja 8

Centrala: tel. 44 649-50-63, 44 647-64-98, 44 647-18-45, 44 647-62-80, fax: 44 647-76-26

www.gov.pl/web/psse-piotrkow-trybunalski, e-mail: sekretariat.psse.piotrkowtrybunalski@sanepid.gov.pl

AT.272.12.2024

Piotrków Tryb. dnia 22 listopada 2024 r.

Powiatowa Stacja  
Sanitarno- Epidemiologiczna  
97-300 Piotrków Trybunalski  
Aleja 3 Maja 8

## Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego Uczestnicy postępowania -wszyscy-

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tysięcy złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm. ) – dalej Pzp. którego przedmiotem jest zakup butli gazowych do oznaczeń metali, THM i LCHW wraz z dostawą i dzierżawą dla Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, mieszczącej się w Piotrkowie Trybunalskim- Aleja 3 Maja 8.

W związku z otrzymanymi zapytaniem, zamawiający udziela wyjaśnień do wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego zgodnie z poniższym:

### **Pytanie 1:**

Prosimy o zmianę w FCA z „Koszty dostawy jednej butli” na „koszt dostawy”. Koszt dostawy będzie stały niezależnie od ilości butli jakie będą w danej dostawie. Z powodów systemowych niemożliwe jest rozdzielenie kosztów dostawy w rozbiciu na butle.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę z „Koszty dostawy jednej butli” na „koszt dostawy”. Tym samym dodany zostaje nowy załącznik nr 1 **ZMIANA**, który od dnia 22.11.2024 jest obowiązujący dla wszystkich Wykonawców.

### **Pytanie 2:**

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza butlę z argonem o czystości 5.2? Jeżeli tak, prosimy o zmianę w FCA;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę argonu o czystości 5.2.

### **Pytanie 3:**

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza butlę z wodorem o czystości 5.2? Jeżeli tak, prosimy o zmianę w FCA.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę wodoru o czystości 5.2

Termin składania ofert pozostaje bez zmian i upływa w dniu 27.11.2024 roku o godz. 10:00.

Agnieszka Skoczylas  
Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-  
Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim  
/dokument podpisany elektronicznie/