



Nasz znak: SAT.272.2.2023.AC

Skierniewice, dnia 27 czerwca 2023 r.

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach udziela odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego.

nr postępowania SAT.272.1.2023.AC

Dotyczy pakietu części 5 – Chłodziarka farmaceutyczna

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na chłodziarkę o wymiarach wysokość/sz/gł 1990 /1460/960 mm, waga 185 kg ?

Ad 1 Ze względu na ograniczenia dot. otworu drzwiowego (80 cm szer.) gdzie ma zostać zainstalowana chłodziarka farmaceutyczna, Zamawiający nie wyraża zgody na urządzenie o w/w wymiarach.

KIEROWNIK SEKCJI
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEJ
PSSE W SKIERNIEWICACH

mgr Andrzej Czarnecki

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Skierniewicach

z up. mgr Dorota Rosińska
Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach

