



**WOJEWÓDZKA STACJA
SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA**
w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 16
35 - 959 Rzeszów

Rzeszów 04.03.2024 r.

OZ.272.1.5.2024.AO

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. "Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i wzorców dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarно- Epidemiologicznej w Rzeszowie"

Wojewódzka Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna w Rzeszowie- Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: „Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i wzorców dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarно- Epidemiologicznej w Rzeszowie”, niniejszym informuje o odrzuceniu:

Oferty nr 3:

Th. Geyer Polska Sp. z o.o.

ul. Czeska 22A

03-902 Warszawa

Złożonej w ramach:

Pakiet nr 2- Odczynniki do chromatografii

Uzasadnienie:

Zamawiający dokonując oceny oferty złożonej przez Th. Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa w ramach Pakietu nr 2 stwierdził, że zaoferowane produkty nie spełniają wymagań stawianych przez Zamawiającego w zakresie:

- pozycja 1 – Zamawiający wymaga dostarczenia tlenku glinowego obojętnego, natomiast zaoferowany produkt jest zasadowy;

- pozycja 2- Zamawiający wymaga dostarczenia n heksan do chromatografii GC/MS, natomiast zaoferowany został n heksan jest do chromatografii ECD i FID;
- pozycja 3- Zamawiający wymaga dostarczenia metanolu do LC-MS, natomiast zaoferowano metanol do HPLC.

W związku z powyższym oferta Th. Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa, złożona dla Pakietu nr 2 została odrzucona.

Z upoważnienia
DYREKTORA
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Rzeszowie

Z-CA PODKARPACKIEGO PAŃSTWOWEGO
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

giba
mgr Dorota Gibała