

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W GLIWICACH

44 – 100 Gliwice, ul. Banacha 4
Tel. 32 33-80-500, Fax. 32 231-95-23;
32 33-80-530
NIP 631 – 10 – 81 – 512

www.gov.pl/psse-gliwice
psse.gliwice@sanepid.gov.pl

Oddział Laboratoryjny
41 – 800 Zabrze, ul. 3 Maja 64
Tel. 32 271-21-35, 32 271-07-17,
Fax. 32 278-46-71

Tel. 32 33-80-500 Nadzór Zapobiegawczy – 515
PPIS – 501 Higiena Komunalna – 525,526,527
Z-ca PPIS - 503 Higiena Żywności, Żywnienia i P.U. – 520,521,522

Epidemiologia – 510,511
Higiena Dzieci i Młodzieży – 516
Higiena Pracy – 518

Oświata Zdrowotna - 529
Organizacja i Zamówienia Publiczne - 514
Kadry/Księgowość/Kasa – 509,505,506

Pytania do postępowania OZP.272.1.2024 wraz z odpowiedziami

Pytanie 10 do Zamawiającego (PAKIET V)

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycjach 49,54,55,51, 58 podłoży na płytkach z terminem ważności około 30 dni, ponieważ podany termin ważności minimum 6 miesięcy jest nierealny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostawę ww. podłoży na płytkach z terminem ważności ok 30 dni.

Pytanie 11 do Zamawiającego (PAKIET VIII)

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 pożywki o poniższym składzie?

| Typical Formula* | gm/litre |
|---------------------|----------|
| 'Lab-Lemco' powder | 5.0 |
| Peptone | 5.0 |
| Lactose | 10.0 |
| Bile salts | 8.5 |
| Sodium citrate | 10.0 |
| Sodium thiosulphate | 8.5 |
| Ferric citrate | 1.0 |
| Brilliant green | 0.00033 |
| Neutral red | 0.025 |
| Agar | 15.0 |
| pH 7.0 ± 0.2 @ 25°C | |

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pożywki o ww. składzie ze względu na zwalidowaną metodę badawczą o odmiennym składzie pożywki.

Pytanie 12 do Zamawiającego (PAKIET VIII)

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 3 pożywki o poniższym składzie?

| TYPICAL FORMULA | (g/l) |
|----------------------------|-------|
| Enzymatic Digest of Casein | 5.0 |
| Lactose | 4.0 |
| Sodium Phosphate | 10.0 |
| Sodium Selenite | 4.0 |
| Final pH 7.0 ± 0.2 at 25°C | |

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pożywki w pozycji 3 o zaproponowanym składzie.

Z-ca Dyrektora Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gliwicach
Jca
mgr inż. Justyna Cegieta