



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski, Aleja 3 Maja 8

Centrala: tel. 44 649-50-63, 44 647-64-98, 44 647-18-45, 44 647-62-80, fax: 44 647-76-26

www.gov.pl/web/psse-piotrkow-trybunalski e-mail: sekretariat.psse.piotrkowtrybunalski@sanepid.gov.pl

AT.272.16.2023

Piotrków Trybunalski, dnia 21.11.2023 r.

Wykonanie powyższego zadania odbywa się w ramach projektu pt. „Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania” realizowanego w ramach osi priorytetowej XI REACT-EU Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia POIiŚ na lata 2014 – 2020 w zakresie wsparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia BZP 2023/BZP 00497684 z dnia 16.11.2023 r.

Uczestnicy postępowania -wszyscy-

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 na zakup i dostawę laptopów- 2 sztuk, drukarek przenośnych- 4 sztuk, szaf chłodniczych- 4 sztuk dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Na podstawie art. 284 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z otrzymanymi pytaniami o następującej treści:

Pakiet C- szafy chłodnicze- 4 sztuki

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń:

a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że 2 szafy chłodnicze będą znajdować się na poziomie 0, a 2 na poziomie -1.

b. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku i jakie są jej wymiary -szer. głębokość, wysokość i nośność ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynek nie posiada windy.

c. Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzenia po schodach ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że 2 szafy chłodnicze z poziomu -1 trzeba będzie znieść po schodach i przenieść przez dwa otwory drzwiowe.



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski, Aleja 3 Maja 8

Centrala: tel. 44 649-50-63, 44 647-64-98, 44 647-18-45, 44 647-62-80, fax: 44 647-76-26

www.gov.pl/web/psse-piotrkow-trybunalski e-mail: sekretariat.psse.piotrkowtrybunalski@sanepid.gov.p

d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pierwszy otwór drzwiowy jest o wymiarach: wys. 190 x szer. 115 cm. Drugi otwór drzwiowy posiada wymiary wys. 184 cm x szer. 80 cm.

e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na poziom -1 prowadzą schody znajdujące się na klatce schodowej o szerokości 84 cm.

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Pytanie 2

Prosimy o zgodę na parametry chłodziarki jak poniżej:

a. Oświetlenie LED

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy parametr.

b. Pojemność użytkowa 272L

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy parametr.

c. Czynniki chłodnicze naturalny HC- R290

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy parametr.

d. Obciążenie półki 15 kg.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy parametr.

e. Wymiary zew. (SxGxW) 675x655x1780

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy parametr.

f. Sterownik mikroprocesorowy LCD, funkcja zgrywania danych, port USB do szczytywania danych, alarmy wizualne i dźwiękowe, graficzny wyświetlacz temperatury

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy parametr.

g. Opcja samodzielnego ustawienia pracy wentylatora w ustawieniach fabrycznych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy parametr.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 635 x 630 x 1990 mm (szer. x dł. x wys.)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy parametr.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski, Aleja 3 Maja 8

Centrala: tel. 44 649-50-63, 44 647-64-98, 44 647-18-45, 44 647-62-80, fax: 44 647-76-26

www.gov.pl/web/psse-piotrkow-trybunalski e-mail: sekretariat.psse.piotrkowtrybunalski@sanepid.gov.pl

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności: 430 l brutto?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy parametr.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o czynniku chłodniczym R290?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy parametr.

Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, że na platformie: <https://ezamowienia.gov.pl/> zgodnie z komunikatem z dnia 20.11.2023 r. występują problemy techniczne niektórych funkcjonalności. Jeśli platforma nie działa poprawnie, wnioski o wyjaśnienie treści SWZ Wykonawcy mogą słać na e-mail: adm.psse.piotrkowtrybunalski@sanepid.gov.pl

Jeśli zakładka składania ofert przez platformę: <https://ezamowienia.gov.pl/> nie będzie aktywna. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert poprzez drogę e-mailową: adm.psse.piotrkowtrybunalski@sanepid.gov.pl

Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian i upływa dnia 23.11.2023 roku o godzinie 10:00.

W dniu 21.11.2023 roku
Zatwierdził:

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Piotrkowie Trybunalskim
Elżbieta Dobrzyńska



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

