

Legnica, dnia 16 maja 2022 r.

ADM.272.2.5.2022.JI

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Załącznik nr 4b, Pakiet II, pozycja 35 Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu nr ADM.272.2.5.2022.JI, *Sukcesywne dostawy żywek mikrobiologicznych dla PSSE w Legnicy w okresie 12 m-cy.*

W związku z otrzymanym pytaniem z dnia 16 maja 2022 r. dotyczącym wyodrębnienie pozycji nr 35 z Pakietu II, Załącznik 4b do SWZ w postępowaniu nr ADM.272.2.5.2022.JI dot. Sukcesywnych dostaw żywek mikrobiologicznych dla PSSE w Legnicy w okresie 12 m-cy poniżej wyjaśniamy:

Pytanie:

Pakiet II, Załącznik nr 4b


„Czy Zamawiający wyodrębni z Pakietu II pozycję nr 35 – Mocznik 40% - dodatek, ponieważ jest on chwilowo niedostępny w sprzedaży i nie ma w obecnej chwili gwarancji dostawy.”

Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie z pakietu II, Zał. 4b, poz. nr 35 - Mocznik 40% dodatek.

Zamawiający modyfikuje zapis w poz. 35 w ten sposób, że dopuszcza zaoferowanie produktu innego producenta niż OXOID pod warunkiem, że dodatek będzie sterylny aby można było go połączyć z bazą żywki po sterylizacji.

Pozostałe zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.


DIREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznej
w Legnicy
Jacek Watral

Rozdzielnik:

1. Uczestnik postępowania zadający pytanie
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

