

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Dotyczy: zakupu termocyklera rotorowego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, w związku z zamiarem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu laboratoryjnego, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu oszacowania zamówienia na ww. sprzęt.

Zamówienie będzie realizowane będzie w ramach projektu pod nazwą „Wzmocnienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez remont oraz doposażenie w sprzęt” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI REACT-EU Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, typ projektu: wsparcie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

1. Przedmiot zamówienia:

| Opis | Wymagania minimalne Zamawiającego |
|--|---|
| Termocykler | Rotorowy, 6 kanałowy Jednorodność warunków badania - temperatury między próbkami +/- 0.01°C. |
| Detekcja | 6 kanałów : green (Ex 465nm Em 510nm), yellow (Ex 540nm Em 570nm), orange (Ex 585nm), red (Ex 625nm Em 675 nm), blue, crimson |
| Kompatybilność z testami diagnostycznymi | System otwarty, Certyfikat IVD lub równoważny |
| Ilość próbek | 36-100 |
| Analiza wyników | Oprogramowanie do sterowania i analizy wyników bez limitu licencji, z darmowymi aktualizacjami |
| Dodatkowo | Instrukcja w języku polskim, Serwis, wsparcie merytoryczne, szkolenie, instalacja , ubezpieczenie transportu |

2. Planowany termin realizacji:

Dostawa w IV kwartale 2023 r.

3. Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej

Proszę o przesłanie propozycji cenowej do dnia **31-05-2023 r.** w wersji elektronicznej, zgodnie z załączonym do zapytania formularzem cenowym, na adres e-mail: monika.stepien@sanepid.gov.pl

W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy, na wskazany wyżej adres.

4. Informacje dodatkowe:

Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy.