



**Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, Aleja 3 Maja 8**

Centrala: tel. 44 649-50-63, 44 647-64-98, 44 647-18-45, 44 647-62-80, fax: 44 647-76-26

NIP: 771-23-33-799

REGON: 000310752

<https://www.gov.pl/web/psse-piotrkow-trybunalski/> e-mail :sekretariat.psse.piotrkowtrybunalski@sanepid.gov.pl

Pytania do treści Zapytania Ofertowego II

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
97-300 Piotrków Trybunalski
Aleja 3 Maja 8

Piotrków Tryb. dnia 13.01.2023 roku

**Uczestnicy postępowania
- wszyscy -**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tysięcy złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Pzp.

Nr sprawy: AT.272.1.2023

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Zapytania w przedmiotowym postępowaniu wyjaśniam co następuje:

Pakiet A- wzorce i materiały odniesienia

Pytanie 1

Pozycja 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktów marki CPA Chem?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie produktów marki CPA Chem, wymagane są wzorce zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 2

Pozycja 26, 27, 28, 29, 30: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wyspecyfikowanych wzorców w opakowaniach o pojemności 500ml?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wzorców w opakowaniach 250ml, zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 3

Pozycja 31: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie materiału referencyjnego TMDA-61,3 lot 0618 ?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę powyższego materiału proponowanego przez Wykonawcę, jeśli będzie zawierał wszystkie stężenia wyspecyfikowane przez Zamawiającego.

Pytanie 4

Pozycja 33: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie buforu o pH 8,956 +/- 0,009 ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany bufor.

Elona1

Pytanie 5

Pozycja 34: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie buforu o pH 6,987 +/- 0,007?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany bufor.

Zamawiający przypomina wszystkim Wykonawcom, że termin składania ofert upływa 16.01.2023 roku o godzinie 10:00.

W dniu 13.01.2023 roku

DYREKTOR

Zatwierdził:
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Piotrkowie Trybunalskim

Elżbieta Dobrzyńska