



Gdańsk, 2024-03-01.



UNP: GD-24-10461  
GD-POR-A.213.6.2024.2

### **Odpowiedzi na pytania**

**zadane do zapytania ofertowego w postępowaniu na dostawę 2 (dwóch) szt. urządzeń wielofunkcyjnych (numer postępowania: GD-POR-A.213.6.2024.1)**

#### **PYTANIE NR 1**

Napisali Państwo w pkt 16: TRYB EKSPOZYCJI Automatyczny i ręczny. Nie ma urządzeń na rynku, które mają jednocześnie tryb ekspozycji automatyczny i ręczny. Są urządzenia, którą mają Tryb ekspozycji Automatyczny lub ręczny. Proszę o doprecyzowanie tego zapisu.

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający zgodnie z sugestią wykonawcy dokonuje zmiany zapisu w zakresie: szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, obowiązkowe wymagania techniczne urządzeń określone w opisie przedmiotu zamówienia / funkcjonalności oferowanego urządzenia (pkt 16 w tabeli – załącznik nr 1) i w formularzu oferty (pkt 16 w tabeli – załącznik nr 2) na: TRYB EKSPOZYCJI - automatyczny lub ręczny,

#### **PYTANIE NR 2**

Czy do zamówienia dopuszczą Państwo dostawę tonerów równoważnych oryginalnych o pełnej wydajności dedykowanych do proponowanego urządzenia jednak wyprodukowanych przez innego producenta niż producenta urządzenia? Będzie to rozwiązanie równoważne nie mające wpływu na jakość oraz wydajność oferowanych tonerów.

#### **ODPOWIEDŹ**

Dostarczone urządzenia muszą być gotowe do pracy tj. muszą posiadać dedykowany do oferowanego urządzenia wielofunkcyjnego zestaw startowy – pełnowydajny komplet tonerów o pojemności dostępnej w sprzedaży. Mają to być oryginalne tonery producenta

urządzeń lub równoważne oryginalne tonery wyprodukowane przez innego producenta niż producent urządzenia pod warunkiem, że tonery te są przez producenta urządzeń rekomendowane, są dedykowane do oferowanego urządzenia wielofunkcyjnego i ich zastosowanie nie będzie miało wpływu na utratę gwarancji urządzenia.