

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W GLIWICACH

44 – 100 Gliwice, ul. Banacha 4
Tel. 32 33-80-500, Fax. 32 231-95-23;
32 33-80-530
NIP 631 – 10 – 81 – 512

www.gov.pl/psse-gliwice
psse.gliwice@sanepid.gov.pl

Oddział Laboratoryjny
41 – 800 Zabrze, ul. 3 Maja 64
Tel. 32 271-21-35, 32 271-07-17,
Fax. 32 278-46-71

Tel. 32 33-80-500 Nadzór Zapobiegawczy – 515
PPIS – 501 Higiena Komunalna – 525,526,527
Z-ca PPIS - 503 Higiena Żywności, Żywienia i P.U. – 520,521,522

Epidemiologia – 510,511
Higiena Dzieci i Młodzieży – 516
Higiena Pracy – 518

Oświata Zdrowotna - 529
Organizacja i Zamówienia Publiczne - 514
Kadry: Księgowość Kasa – 509, 505, 506

Pytania do postępowania OZP.272.2.2023 wraz z odpowiedziami

Pytanie 03 (dotyczy: treść umowy)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę – ze względu na sytuację rynkową – na zmianę zapisu §1 ust. 2 umowy na:

„Umowa zostaje zawarta na okres: do 31 grudnia 2023 r.”?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 04 (dotyczy: treść umowy)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §6 ust.1 pkt b umowy na:

„Za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wartości netto asortymentu niedostarczonego w terminie za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 5% niezrealizowanej wartości netto Przedmiotu Umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający postanawia zmienić treść ww. postanowienia na:

„Za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5 % wartości netto asortymentu niedostarczonego w terminie za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 5% niezrealizowanej wartości netto Przedmiotu Umowy.”

Wobec powyższego Zamawiający dokona aktualizacji treści umowy, a jej zaktualizowany projekt zostanie zamieszczony zarówno na platformie ezamowienia.gov.pl jak i na www.postepowania.

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarnej-Epidemiologicznej
w Gliwicach
AS
mgr Arleta Mrugała

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W GLIWICACH

44 – 100 Gliwice, ul. Banacha 4
Tel. 32 33-80-500, Fax. 32 231-95-23;
32 33-80-530
NIP 631 – 10 – 81 – 512

www.gov.pl/psse-gliwice
psse.gliwice@sanepid.gov.pl

Oddział Laboratoryjny
41 – 800 Zabrze, ul. 3 Maja 64
Tel. 32 271-21-35, 32 271-07-17,
Fax. 32 278-46-71

Tel. 32 33-80-500 Nadzór Zapobiegawczy – 515
PPIS – 501 Higiena Komunalna – 525,526,527
Z-ca PPIS - 503 Higiena Żywności, Żywnienia i P.U. – 520,521,522

Epidemiologia – 510,511
Higiena Dzieci i Młodzieży – 516
Higiena Pracy – 518

Oświata Zdrowotna - 529
Organizacja i Zamówienia Publiczne - 514
Kadry/Księgowość/Kasa – 509,505,506

Pytania do postępowania OZP.272.2.2023 wraz z odpowiedziami

Pytanie 05 (dotyczy: Pakiet XII, poz.1)


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek w opakowaniu po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 06 (Pakiet XII, poz.2)

Proszę sprecyzować, z jakich elementów ma się składać zestaw do pobierania owsika.

Odpowiedź: Zestaw do poboru materiału w kierunku wykrycia owsicy składa się ze szkiełka i taśmy celofanowej.

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarно-Epidemiologicznej
w Gliwicach

mgr Arleta Mrugała

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W GLIWICACH

44 – 100 Gliwice, ul. Banacha 4
Tel. 32 33-80-500, Fax. 32 231-95-23;
32 33-80-530
NIP 631 – 10 – 81 – 512

www.gov.pl/psse-gliwice
psse.gliwice@sanepid.gov.pl

Oddział Laboratoryjny
41 – 800 Zabrze, ul. 3 Maja 64
Tel. 32 271-21-35, 32 271-07-17
Fax. 32 278-46-71

Tel. 32 33-80-500 Nadzór Zapobiegawczy – 515
PPIS – 501 Higiena Komunalna – 525, 526, 527
Z-ca PPIS - 503 Higiena Żywności, Żywnienia i P.U. – 520, 521, 522

Epidemiologia – 510, 511
Higiena Dzieci i Młodzieży – 516
Higiena Pracy – 518

Oświata Zdrowotna - 529
Organizacja i Zamówienia Publiczne - 514
Kadry/Księgowość/Kasa – 509, 505, 506

Pytania do postępowania OZP.272.2.2023 wraz z odpowiedziami

Pytanie 07 (dotyczy: Pakiet VII, poz.3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 3 podłoża z minimum 6-tygodniowym terminem ważności od daty dostawy? Oferowany produkt, z uwagi na obecność krwi baraniej w składzie, posiada w dniu produkcji 55-dniowy termin ważności, odliczając czas potrzebny na kontrolę jakości oraz dostawę produkt w dniu dostawy będzie posiadał min. 6-tygodniowy termin ważności.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 08 (dotyczy: Pakiet VII, poz. 12)

Czy Zamawiający w pozycji nr 12 wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża o składzie przedstawionym poniżej?

Skład w g/l wody destylowanej:	3,0 g
Ekstrakt drożdżowy	
Purpura bromokrezolowa	0,015 g
Glukoza	1,0 g
Arginina	5,0 g

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 09 (dotyczy: Pakiet VII, poz. 13)

Czy Zamawiający w pozycji nr 13 wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża o składzie przedstawionym poniżej?

Skład w g/l wody destylowanej:	
Ekstrakt drożdżowy	3,0 g
Purpura bromokrezolowa	0,015 g
Glukoza	1,0 g
Ornityna	5,0 g
pH: 6,7 ± 0,2 w temperaturze 25°C.	

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10 (dotyczy: Pakiet VII, poz. 15)

Czy Zamawiający w pozycji nr 15 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża o składzie przedstawionym poniżej?

Skład w g/l wody destylowanej:	3,0 g
Ekstrakt drożdżowy	
DL-fenyloalanina	2,0 g
Wodorowęglan sodu x 12H2O	1,0 g
Chlorek sodu	5,0 g
Agar	12,0 g

Pytanie 07 (dotyczy: Pakiet VII, poz. 3)

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11 (dotyczy: Pakiet VII)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie dostarczał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych z każdą partią produktów, lecz udostępnił je na swojej stronie internetowej?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Skład w g/l wody destylowanej:
 Ekstrakt drożdżowy 3,0 g
 Purpura promokrzeglowa 0,015 g
 Glukoza 1,0 g
 Arginina 2,0 g

POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
 Gliwice, Banacha 4
 mgr Arleta Mrugała

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 09 (dotyczy: Pakiet VII, poz. 13)

Czy Zamawiający w pozycji nr 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża o składzie przedstawionym poniżej?

Skład w g/l wody destylowanej:

Ekstrakt drożdżowy	3,0 g
Purpura promokrzeglowa	0,015 g
Glukoza	1,0 g
Ornityna	2,0 g

pH: 6,7 ± 0,2 w temperaturze 25°C.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.