

**WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W POZNANIU**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 61 854-48-00
- Dyrektor WSSE w Poznaniu 61 852-99-18
- e-mail WSSE w Poznaniu sekretariat@wssepoznan.pl
- Sekcja ds. Zamówień Publicznych 61 8544-89-00
- e-mail: zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl

ul. Noskowskiego 23
61-705 Poznań
NIP 778 11 71 963
REGON 000294065
BDO 000207899
www.wsse-poznan.pl

EA-ZP.272.15.2020

Poznań, dnia 17.12.2020 r.

**Wszyscy zainteresowani udziałem
w postępowaniu na dostawę szkła**

W odpowiedzi na pytania i prośby o udzielenie wyjaśnień, poniżej przekazujemy nasze odpowiedzi:

Pytanie 1:

Poz. 51 Czy Zamawiający dopuści próbówki PS o wymiarze 16x125 lub proszę o podanie przykładowego nr katalogowego próbówek?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści próbówki PS o wymiarze 16x125.

Pytanie 2:

Poz. 149 Czy Zamawiający dopuści pojemnik do poboru próbek z tworzywa HDPE 1000ml ze skalą i nakrętką o średnicy otworu 30mm - pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści pojemnik, Fi otworu od 25-50 mm.

Pytanie 3:

Poz. 164 Probówki szklane do oznaczania utlenialności wody, proszę o informacje czy chodzi o próbówkę płaskodenną czy okrągłodenną.

Odpowiedź:

Okrągłodenną.

Pytanie 4:

Poz. 169,170 Czy Zamawiający dopuści miarki z PP?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 5:

Poz. 173 Czy Zamawiający dopuści eksykator z tubusem w pokrywie fi 210 nr kat. 08-250.202210?

Odpowiedź:

Tak.

**ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH**

mgr Jacek Szopka