

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Naprawa ekstraktora ultradźwiękowego”

Przedmiot naprawy:

Przedmiotem zamówienia jest naprawa ekstraktora ultradźwiękowego wraz z wymianą uszkodzonej maty grzewczej komory przemywania.

Zakres naprawy obejmuje:

- wymianę maty grzewczej komory przemywania w ekstraktorze ultradźwiękowym INFRATEST nr. seryjny 2032711,
- gwarancję na naprawę minimum 12 miesięcy.

Termin naprawy:


Do 60 dni od daty zawarcia umowy

Miejsce naprawy:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe
Ul. Drogowców 2, Mokronos Dolny
55-080 Kąty Wrocławskie

Faktura VAT:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
Ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław
NIP 899-24-41-331

Kierownik Zespołu
w Wydziale Technologii
i Jakości Budowy Dróg

inż. Wojciech Marciniak