



Legnica, dnia 13 listopada 2024 r.

ADM.272.2.11.2024.JI

Uczestnicy postępowania
Strona internetowa Zamawiającego

WYJAŚNIENIA TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

W związku z otrzymanymi pytaniami do opisu przedmiotu zamówienia wyjaśniamy jak niżej:

Dotyczy -Zadanie II

Zamrażarki niskotemperaturowej z wyposażeniem – ilość 1 szt;

Pytanie 1:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o wysokości 834 mm wraz z nóżkami? Pozostałe parametry zgodne z OPZ”.

Odpowiedz:

Wyrażamy zgodę na zaoferowanie zamrażarki o wysokości 834 mm wraz z nóżkami.

Pytanie 2.

„Prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamrażarkę niskotemperaturową o wymiarach: 850 x 882 x 875 [mm].”

Odpowiedz:

NIE.

Pytanie 3.

„Prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamrażarkę niskotemperaturową posiadającej czas schładzania do temperatury -80 stopni Celsjusza wynoszący 180-240 minut.”

Odpowiedz:

TAK.

Pytanie 4.

„Prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamrażarkę niskotemperaturową nie posiadającą dodatkowego filtra powietrza.”

Odpowiedz:

NIE.

Pytanie 5.

„Prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamrażarkę niskotemperaturową

posiadającą poziom hałasu 53 dB.”

Odpowiedz:

NIE.

Pytanie 6.

„Prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamrażarkę niskotemperaturową posiadającą podstawowy czas gwarancji wynoszący 24 miesiące.”

Odpowiedz:

NIE.

Dotyczy - Zadanie III.

Zestaw do filtracji membranowej firmy Sartorius (nr kat. 168M3-SS500) 6 stanowiskowy (6x500 ml) z możliwością rozłączenie na dwa zestawy 3 stanowiskowe, szybko złączką do połączenia zestawów 3 stanowiskowych (nr kat. 168ZA-C0001) oraz pompa przepływowa eJet (nr kat. 166MP-4) - ilość 1 zestaw.

Pytanie 1.

„Proszę o informację jaką średnicę zewnętrzną i wewnętrzną w mm ma mieć wąż silikonowy (2m) w zadaniu nr 3?”

Odpowiedz:

Średnica węża wewnętrzna i zewnętrzna powinna być kompatybilna z szybkozłączką i powinna być odpowiednio dobrana przez Wykonawcę do oferowanego urządzenia.

Niemniej Zamawiający ustalił, że średnica wewnętrzna węża powinna mieścić się w granicach od 8 do 10 mm, natomiast średnica zewnętrzna powinna wynosić ok 12-14 mm.

z up. Dyrektora
Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej
w Legnicy

dyd
mgr inż. Marzennd Zych

.....
Kierownik Zamawiającego