

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w Skierniewicach

Telefony: Centrala 833-46-00

Dyrektor 833-30-21

Tel/Fax 833-30-21

ul. Piłsudskiego 33
96-100 Skierniewice

Nasz znak: PSSE.SAT.224.7.2020

Skierniewice, dnia 28.09.2020

Pytania i odpowiedzi

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Skierniewicach udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na dostawę odczynników i wzorców chemicznych, podłoży bakteriologicznych, testów bakteriologicznych, lateksów, surowic i krążków.
nr postępowania PSSE.SAT.224.7.2020

Pytania i odpowiedzi

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Skierniewicach udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na dostawę odczynników i wzorców chemicznych, podłoży bakteriologicznych, testów bakteriologicznych, lateksów, surowic i krążków.
nr postępowania PSSE.SAT.224.7.2020

1. Dotyczy Pakietu B poz. 2, 3, 12, 28

Zgodnie z naszą wiedzą wzorce wyspecyfikowane przez Zamawiającego

w Pakiecie B, w pozycjach 2,3,12,28 mają odniesienie jedynie do ISO 17025

(brak odniesienia do ISO Guide34 lub ISO 17034). Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na ww. wzorców z odniesieniem jedynie

do ISO 17025? Jeśli nie prosimy o wskazanie producenta i numeru katalogowego substancji spełniających wymagania Zamawiającego.

Ad. 1 poz. 2 – Wyrażamy zgodę.

Ad. 1 poz. 3 – Wyrażamy zgodę.

Ad. 1 poz. 12 – Wyrażamy zgodę

Ad. 1 poz. 28 – CPChem, pH 7, $000 \pm 0,007$, nr kat. PH007.L5

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączanie przykładowych certyfikatów jakości i specyfikacji w języku angielskim? Informacje zawarte na nich to głównie dane czytelne i jednoznaczne bez względu na język, w którym został przygotowany dokument np. zawartość poszczególnych pierwiastków, dla których podane są jednocześnie symbole chemiczne.

Ad.2 Wyrażamy zgodę.

KIEROWNIK SEKCJI
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEJ
PSSE W SKIERNIEWICACH

mgr Andrzej Czarnecki

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej
w Skierniewicach

mgr inż. Justyna Łukasik