



Nasz znak: SAT.272.2.2023.AC

Skierniewice, dnia 10 lipca 2023 r.

Pytania i odpowiedzi nr 6

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach udziela odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego.

nr postępowania SAT.272.2.2023.AC

Dotyczy części nr 6 – Dygestoria 6 szt.

1. Czy Zamawiający ze względu na dodatkowe koszty odstąpi od wymogu dokonania wizji lokalnej przed złożeniem ofert, a zgodzi się na odbycie wizji po wybraniu najkorzystniejszej oferty?

Ad 1. Zamawiający nie odstąpi od wizji lokalnej przed złożeniem ofert.

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zabezpieczenia wnętrza klapą bezpieczeństwa? Jest ona możliwa do wykonania, jednak ze względu na bezpieczeństwo powinna być obliczona siła uderzeniowa przed wykonaniem takiej klapy.

Ad 2. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający dopuści wykonanie blatów z ceramiki monolitycznej?

Ad 3. Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy Zamawiający dopuści we wnętrzu komory wykonanie oświetlenia ledowego?

Ad 4. Zamawiający wyraża zgodę.

5. Czy Zamawiający dopuści wykonanie dygestorium z płyty laminowanej o konstrukcji z profili aluminiowych malowanych proszkowo chemoodporną farbą epoksydową posiadające wykładkę komory dygestorium (ściany wewnętrzne) z żywicy fenolowej?

Ad 5. Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Czy Zamawiający dopuści wentylację dzięki modułowi wyciągu powietrza opartego na kolumnach wyciągowych? Takie rozwiązanie znacznie zwiększa wydajność przepływu powietrza przez co podwyższa wskaźnik usuwania emisji, dodatkowo zapewnia optymalny przepływ laminarny. Moduły są łatwo demontowalne, upraszczając dostęp w celu regularnego odkażania.

Ad 6. Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Czy Zamawiający dopuści blat roboczy na wysokości 910mm?

Ad 7. Zamawiający wyraża zgodę.

KIEROWNIK SEKCJI
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEJ
PSSE W SKIERNIEWICACH

mgr Andrzej Czarnecki

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Skierniewicach

z up. mgr Dorota Rosińska
Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach