



ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W SZCZECINIE

Załącznik nr 8 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych
w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Szczecinie

IR-5.672.26.2023

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie z siedzibą przy ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia procedury prowadzonej w trybie zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie dostawy/~~usługi/roboty budowlanej*~~, polegającej na **dostawie urządzenia do badania autentyczności dokumentów- videokomparator szt. 1** wpłynęły **dwie** (ilość) oferty/ ~~do udziału w postępowaniu nie przystąpił żaden wykonawca, postępowanie unieważnione*~~: oferta firmy Korporacja Wschód Sp. z o. o. ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa i oferta firmy Precoptic Wojciechowscy Sp. Jawna ul. Arkuszowa 77, 01-934 Warszawa.

1. Wybrano ofertę firmy: Precoptic Wojciechowscy Sp. Jawna ul. Arkuszowa 77, 01-934 Warszawa NIP 524-03-06-830.

Uzasadnienie wyboru: zaoferowane urządzenie spełnia wymogi opisu przedmiotu zamówienia

Cena brutto oferty wynosi: 139 999,83 PLN

2. Oferta firmy Korporacja Wschód Sp. zo. o. ul. Pożaryskiego 38, 04-703 Warszawa została odrzucona ponieważ: nie spełnia wymagań zawartych w zaproszeniu, tj.: nie posiada wbudowanego źródła światła anti-Stokes 840-1100nm, co powoduje konieczność badań tego rodzaju zabezpieczeń za pomocą dodatkowego urządzenia zewnętrznego, w postaci spektralnej lupy luminescencyjnej Regula 4147, generującej światło IR o długości fali 980nm. Takie rozwiązanie obniża funkcjonalność i utrudnia pracę na urządzeniu. Na podstawie dostępnej specyfikacji oraz ulotki producenta stwierdzono, że zaoferowane urządzenie Regula nie posiada funkcji automatycznego wyszukiwania intensywności luminescencji punktowej i kombinacji filtrów na kamerze, w celu wyświetlenia najlepszego kontrastu. Zamawiający wymagał aby urządzenie posiadało min 4 wbudowane porty USB do podłączenia urządzeń zewnętrznych ze specyfikacji urządzenia wynika, że posiada jedynie 3 porty USB. Rozwiązanie zaproponowane przez dostawcę polegające na wliczeniu do liczby dostępnych portów USB portów które posiada zintegrowany z urządzeniem komputer nie spełnia wymogów opisu przedmiotu zamówienia.

Szczecin, 9/11/ 2023r. podpis na oryginale

(miejsowość, data, podpis Dyrektora, pieczęć służbowa)