

Główny Inspektorat Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych
Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

Warszawa, 01 lipca 2022 roku

BAD.241.2.6.2022

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r., poz.1129, ze zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający przekazuje treść pytań do specyfikacji warunków zamówienia oraz swoje wyjaśnienia.

Pytanie 1:

Rozdział 12 – dostawa pieca muflowego (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

1. Czy Zamawiający dopuszcza głębokość pieca 555 mm?
2. Czy zabezpieczenie przed przegrzaniem może być funkcją kontrolera czy Zamawiający wymaga osobnego ogranicznika temperatury?

Odpowiedź:

1. Zamawiający dopuszcza głębokość pieca 55,5 cm.
2. Zamawiający wymaga by piec posiadał zabezpieczenie przed przegrzaniem, jednocześnie Zamawiający nie precyzuje w jaki sposób ta funkcja ma być zapewniona.

Pytanie 2:

Rozdział 11: dostawa wyparki próżniowej z systemem wytwarzania i mierzenia próżni oraz węzami przyłączeniowymi (liczba szt.: 1 szt.) do Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Reymonta 11/13, 60-791 Poznań

1. Czy Zamawiający dopuści pompę membranową dedykowaną do wyparki próżniowej, o parametrach opisanych przez Zamawiającego w załączniku 2k: próżnia min. 20 mbar, poziom hałasu < 55 dB, waga < 10 kg, chemicznie odporną?
2. Czy Zamawiający dopuści pompę o wymiarach 30 x 27x 24 cm (Długość, szerokość, wysokość)?
3. Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający regulator próżni i manometr zawarty w pompie?
4. Czy Zamawiający dopuści zestaw wyparka z łaźnią o wymiarach łącznych: 44 x 56 x 90 cm (Długość, szerokość, wysokość)?
5. Czy Zamawiający dopuści chłodnicę z pojedynczą spiralą o powierzchni chłodzenia 1500 cm²?
6. Czy Zamawiający dopuści regulator temperatury w formie przycisków i regulator prędkości w formie pokrętła?

Odpowiedź:

1. Zamawiający dopuszcza pompę membranową dedykowaną do wyparki próżniowej o parametrach opisanych w formularzu warunków technicznych stanowiącym załącznik 2k do SWZ.
2. Zamawiający nie dopuszcza pompy o wymiarach 30 x 27x 24 cm (długość x szerokość x wysokość) - wymiary nie mogą przekraczać wartości wskazanych w formularzu warunków technicznych stanowiącym załącznik nr 2k do SWZ ze względu na brak miejsca na stanowisku pracy.
3. Zamawiający dopuszcza zestaw zawierający regulator próżni i manometr zawarty w pompie.
4. Zamawiający nie dopuszcza zestawu wyparka z łaźnią o wymiarach łącznych: 44 x 56 x 90 cm (długość x szerokość x wysokość) - wymiary nie mogą przekraczać wartości wskazanych w formularzu warunków technicznych stanowiącym załącznik nr 2k do SWZ ze względu na brak miejsca na stanowisku pracy.

5. Zamawiający dopuszcza chłodnicę z pojedynczą spiralą o powierzchni chłodzenia 1500 cm².
6. Zamawiający dopuszcza regulator temperatury w formie przycisków i regulator prędkości w formie pokrętła.

Działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia. W zakresie wynikającym z udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców zmianie ulega treść formularza warunków technicznych, stanowiącego odpowiednio załącznik nr 2k i 2l do SWZ.

Zmodyfikowane formularze warunków technicznych w brzmieniu zmienionym od dnia 1 lipca 2022 roku zostały zamieszczone na stronie internetowej IJHARS. Zmiany w załącznikach zostały zaznaczone kolorem żółtym, czerwoną czcionką, tekst wykreślony dodatkowo został zaznaczony przekreśloną czcionką.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert ustalony **na 7 lipca 2022 roku na godz. 9:30** oraz otwarcia ofert ustalony **na 7 lipca 2022 roku na godz. 10:00**.

Z poważaniem

Ewa Krzyżewska-Kuran

Dyrektor Generalny

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/