

Główny Inspektorat Jakości Handlowej  
Artykułów Rolno-Spożywczych  
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2020 roku

GI-BAD-231-2/20

**Wykonawcy**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający przekazuje treść pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz swoje wyjaśnienia.

**Pytania do rozdziału 9:**

1. Dotyczy rozdziału 3 SIWZ, ustęp 3.4 w odniesieniu do sprzętu wymienionego w rozdziale 9 oraz załącznika nr 2i do SIWZ - formularz warunków technicznych, pozycja 4.5 – instrukcja obsługi:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji tylko i wyłącznie w języku angielskim? Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent którego reprezentujemy nie przewidział instrukcji w języku polskim ani w żadnym innym języku poza angielskim.
2. Dotyczy rozdziału 13 SIWZ, ustęp 13.3 w odniesieniu do sprzętu wymienionego w rozdziale 9. Wnosimy o wydłużenie terminu naprawy z „maksymalnego do 7 dni roboczych” na „do 18 dni roboczych”. Prośbę swoją motywujemy tym, iż producent sprzętu który chcielibyśmy zaoferować przewiduje czas naprawy do 21 dni kalendarzowych. Przedmiotem postępowania jest dostawa aparatury służącej do badań naukowych a nie aparatury medycznej. Tak krótkie terminy napraw jak podaje Zamawiający w

specyfikacji są charakterystyczne w odniesieniu do sprzętu medycznego. Aby móc spełnić w/w kryterium Zamawiającego Wykonawca musiałby uwzględnić dodatkowe koszty serwisu w cenie oferty.

3. Dotyczy wzoru umowy, §6, ustęp 3 – sprzęt wymieniony w rozdziale 9. Uprzejmie prosimy o wykreślenie ustępu 3 w odniesieniu do sprzętu z 9. Prośbę swoją motywujemy tym, iż producent sprzętu którego jesteśmy przedstawicielem nie przewiduje aparatury zastępczej dla tego rodzaju urządzeń. Zapewnienie aparatury zastępczej dla tak specjalistycznych i drogich urządzeń spowodowałoby znaczne podniesienie ceny samego urządzenia. Wykonawca musiałby uwzględnić koszt aparatury „awaryjnej” w cenie oferty ostatecznej.
4. Dotyczy wzoru umowy, §6, ustęp 4 – sprzęt wymieniony w rozdziale 9. Wnosimy o usunięcie w/w zapisu. W trakcie trwania gwarancji Wykonawca ma zapewnić sprawne działanie sprzętu.
5. Dotyczy wzoru umowy, §6, ustęp 7 – sprzęt wymieniony w rozdziale 9. Zamawiający zapisał: „Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na własny koszt sprzętu na nowy, wolny od wad w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia, w przypadku gdy dwukrotna wymiana tego samego elementu nie pozwoliła na usunięcie wady. Na wymieniony sprzęt okres gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia, stwierdzenia poprawności działania i braku uszkodzeń mechanicznych.“ Uprzejmie prosimy o zmianę treści w/w ustępu tak by brzmiał: „Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na własny koszt sprzętu na nowy, wolny od wad w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia, w przypadku gdy trzykrotna wymiana tego samego elementu nie pozwoliła na usunięcie wady. Na wymieniony sprzęt okres gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia, stwierdzenia poprawności działania i braku uszkodzeń mechanicznych.“ Prośbę naszą motywujemy tym, iż Zamawiający nabywa raz określoną w czasie gwarancję a nie wielokrotnie. Właśnie z praw wynikających z gwarancji Zamawiający nabywa prawo do wymiany sprzętu. Gwarancja nie może rodzić dodatkowej gwarancji a z takim zapisem mamy obecnie do czynienia. Poza tym zapis ten przewiduje nieskończenie wiele gwarancji. Hipotetycznie bowiem może się zdarzyć tak, że trakcie trwania gwarancji następnej i następnej powstanie okoliczność skutkująca wymianą aparatu na nowy.

6. Dotyczy wzoru umowy, §6, ustęp 8 – sprzęt wymieniony w rozdziale 9.  
Zamawiający zapisał: „Jeżeli Wykonawca opóźni się z usunięciem wady, Zamawiający może powierzyć jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty w takim przypadku gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę. Koszty zastępczego usunięcia wady Wykonawca będzie zobowiązany pokryć w całości w terminie do 3 dni od otrzymania wystawionego przez Zamawiającego wezwania do zapłaty.“ Uprzejmie prosimy o zmianę treści w/w ustępu tak by brzmiał:  
„Jeżeli Wykonawca opóźni się z usunięciem wady, Zamawiający może powierzyć jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty w takim przypadku gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę. W przypadku naprawy dokonanej przez nieautoryzowany przez Producenta serwis gwarancja ulega przerwaniu. Koszty zastępczego usunięcia wady Wykonawca będzie zobowiązany pokryć w całości w terminie do 3 dni od otrzymania wystawionego przez Zamawiającego wezwania do zapłaty.“  
Producent sprzętu, który chcielibyśmy zaoferować nie honoruje bowiem napraw dokonanych przez nieautoryzowany przez niego serwis.
7. Dotyczy załącznika nr 2i do SIWZ - formularz warunków technicznych, pozycja 1.9 – szybkość grzania bloku: Czy Zamawiający dopuści urządzenie, dla którego maksymalna szybkość grzania bloku wynosi 6.5°C/sec?
8. Dotyczy załącznika nr 2i do SIWZ - formularz warunków technicznych, pozycja 3.1 – procesor: Czy Zamawiający dopuści na dostarczenie laptopa wyposażonego w procesor klasy Intel i5 szóstej generacji? Swoją prośbę motywujemy faktem, iż Producent urządzenia narzuca model laptopa dostarczanego razem z aparatem do Real Time PCR. Dostarczany laptop jest zwalidowany do pracy z urządzeniem Real Time PCR oraz cechuje się parametrami pozwalającymi na bezproblemową obsługę oprogramowania oraz termocyklera. Na dzień 15/04/2020 możliwy do zaoferowania przez nas laptop wyposażony jest w procesor Intel Core i5-6440HQ, który uzyskuje 5293 pkt w teście PassMark CPU Mark oraz 2059 pkt Single Thread Rating.
9. Dotyczy załącznika nr 2i do SIWZ - formularz warunków technicznych, pozycja 3.3 – dyski twarde: Czy Zamawiający dopuści na dostarczenie laptopa wyposażonego w jeden dysk M.2 256GB SATA Class 20 Solid State Drive? Swoją prośbę motywujemy faktem, iż Producent urządzenia narzuca model

laptopa dostarczanego razem z aparatem do Real Time PCR. Dostarczany laptop jest zwalidowany do pracy z urządzeniem Real Time PCR oraz cechuje się parametrami pozwalającymi na bezproblemową obsługę oprogramowania oraz termocyklera.

10. Dotyczy załącznika nr 2i do SIWZ - formularz warunków technicznych, pozycja 3.5 – program antywirusowy: Prośba o usunięcie wymogu dotyczącego oprogramowania antywirusowego. Nasze laptopy dostarczane są bez programów antywirusowych. Ze względu na dużą dostępność programów antywirusowych Producent nie wskazuje wybranego rozwiązania.
11. Dotyczy załącznika nr 2i do SIWZ - formularz warunków technicznych, pozycja 4.3 – wskaźnik LED: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie UPS wyposażonego w wyświetlacz LCD?
12. Dotyczy załącznika nr 2i do SIWZ - formularz warunków technicznych, pozycja 4.1 – Zasilacz awaryjny UPS: Prośba o usunięciu zapisu dotyczącego utrzymania przez UPS pracy sprzętu (termocyklera oraz laptopa) w momencie zaniku napięcia sieciowego przez okres nie krótszy niż 30 minut. Zgodnie z rekomendacjami Producenta UPS ma na celu opóźnienie skutków awarii zasilania, a nie służyć jako zastępcze źródło zasilania. Rekomendowany przez Producenta rozwiązaniem jest UPS – 1.5kVA.
13. Dotyczy załącznika nr 2i do SIWZ - formularz warunków technicznych, pozycja 4.7 – dostępność części zamiennych: Prosimy o skrócenie wymogu dostępności części zamiennych z 10 do 5 lat. Swoją prośbę motywujemy faktem, iż aparatura która jest przedmiotem zamówienia cechuje się szybkim i dynamicznym rozwojem technologicznym.
14. Czy Zamawiający w rozdziale nr 9 – dostawa termocyklera do reakcji Real Time PCR, dopuści urządzenia o następujących parametrach:
  - 1.2. - pracy z płytkami i probówkami/stripami o objętości 0,1 ml
  - 1.9. - szybkość grzania bloku 96-dołkowego nie więcej niż 6.5 °C/sek?

#### **Odpowiedzi na pytania do rozdziału 9:**

1. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie instrukcji tylko i wyłącznie w języku angielskim. Pracownicy, którzy będą obsługiwać sprzęt nie władają biegle językiem angielskim, co w przypadku obsługi tak specjalistycznego sprzętu może powodować problemy.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu naprawy sprzętu. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia będzie wykorzystywany w badaniach rutynowych próbek artykułów rolno spożywczych – nie będzie wykorzystywany do badań naukowych. Próbkę taką mają przewidziany określony czas na przeprowadzenie badania. Awaria sprzętu może zakłócić ciągłość pracy, dlatego z punktu widzenia Zamawiającego ważne jest aby termin naprawy sprzętu był możliwie jak najkrótszy.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 6 ust. 3 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4c do SIWZ, dotyczącego sprzętu z rozdziału 9. Zamawiający w przypadku awarii sprzętu musi zachować ciągłość pracy, nie może mieć przestojów w wykonywanych analizach.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 6 ust. 4 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4c do SIWZ, dotyczącego sprzętu z rozdziału 9. Sprzęt w okresie gwarancji musi być sprawny.
5. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 6, ust. 7 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4c do SIWZ, dotyczącego wydłużenia krotności wymiany tego samego elementu oraz nie wyraża zgody na usunięcie zapisu dotyczącego nabycia „dodatkowej“ gwarancji w odniesieniu do sprzętu z rozdziału 9. W związku z powyższym zapis § 6, ust. 7 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4c do SIWZ otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na własny koszt sprzętu na nowy, wolny od wad w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia, w przypadku gdy trzykrotna wymiana tego samego elementu nie pozwoliła na usunięcie wady. Na wymieniony sprzęt okres gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia, stwierdzenia poprawności działania i braku uszkodzeń mechanicznych.”
6. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 6, ust. 8 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4c do SIWZ, i podtrzymuje jego zapisy.
7. Zamawiający dopuszcza urządzenie z szybkością grzania bloku wynoszącą 6.5°C/sekundę.
8. Zamawiający nie dopuszcza procesora klasy Intel i5 szóstej generacji z racji jego niższej wydajności aniżeli siódmej generacji.
9. Zamawiający dopuszcza jeden dysk SSD M.2 ale o pojemności przynajmniej 512GB.

10. Zamawiający dopuszcza usunięcie wymogu oprogramowania antywirusowego, lecz wymaga zgodności dostarczonego laptopa (z oprogramowaniem) z posiadanym oprogramowaniem ESET Endpoint Security w wersji 7.2.2055 lub nowszej. To znaczy, że Zamawiający będzie miał prawo do instalacji oprogramowania, używania zabezpieczeń dostarczanych wraz z oprogramowaniem ESET Endpoint Security bez utraty gwarancji i prawa do bezpłatnej obsługi technicznej na dostarczony Zamawiającemu sprzęt.
11. Zamawiający dopuszcza zasilacz awaryjny UPS z wyświetlaczem LCD.
12. Wykonawca podaje maksymalną moc zasilacza awaryjnego, którą można obciążyć UPS. Podany parametr nijak się ma do czasu podtrzymania napięcia (parametr istotny dla Zamawiającego). Mimo tego Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu dotyczącego czasu pracy na zasilaniu awaryjnym. Zamawiający podtrzymuje wymaganie, że UPS w przypadku awarii zasilania musi utrzymać pracę sprzętu przez okres nie krótszy niż 30 minut.
13. Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie wymogu dostępności części zamiennych do 5 lat.
14. Zamawiający w rozdziale nr 9 – dostawa termocyklera do reakcji Real Time PCR,:
  - 1.2. - nie dopuszcza sprzętu do pracy z płytkami/probówkami/stripami o objętości 0,1ml ponieważ analizy, które będą wykonywane zostały zwalidowane w większych objętościach tj. 0,2ml, a ponowne walidacje na nowym sprzęcie również będą w objętościach 0,2ml. Ponadto plastik używane przez laboratorium są dostosowane do objętości 0,2ml.
  - 1.9. - Zamawiający dopuszcza sprzęt, którego szybkość grzania bloku wynosi 6,5 C/sekundę.

### **Pytania do rozdziału 3:**

1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkozamrażarkę laboratoryjną o gradiencie chłodziarka/zamrażarka 5,2°C/7,9°C? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
2. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkozamrażarkę bez portu RS 285, posiadającą port RS 485? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

### **Odpowiedzi na pytania do rozdziału 3:**

1. Zamawiający dopuszcza chłodziarkozamrażarkę laboratoryjną o gradiencie chłodziarka/zamrażarka 5,2°C/7,9°C.
2. Zamawiający dopuszcza chłodziarkozamrażarkę bez portu RS 285, posiadającą port RS 485.

### **Pytania do rozdziału 8:**

1. Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną o wymiarach zewnętrznych (dł. x szer. x wys.) 533 x 328 x 165 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
2. Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną, dla której pobór mocy wynosi 1200 W? Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.
3. Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną o średnicy otworów fi-110 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
4. Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną posiadającą system alarmujący o braku wody z jednoczesną blokadą grzania, zamiast regulatora poziomu wody? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

### **Odpowiedzi na pytania do rozdziału 8:**

1. Zamawiający dopuszcza łaźnię wodną o wymiarach zewnętrznych (dł. x szer. x wys.) 533 x 328 x 165 mm.
2. Zamawiający dopuszcza łaźnię wodną, dla której pobór mocy wynosi 1200 W.
3. Zamawiający dopuszcza łaźnię wodną o średnicy otworów fi-110 mm.
4. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu, który alarmuje użytkownika i przerywa pracę wyłącznie w przypadku całkowitego braku wody. Zamawiający w pkt. 10 Formularza warunków technicznych, stanowiącego załącznik nr 2h do SIWZ doprecyzował warunki działania systemu zabezpieczającego przed awarią wywołaną zbyt niskim poziomem wody w wannie.

### **Pytania do wzoru umowy:**

1. (§7 ust. 1, pkt.1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie naliczania kar do 5% wartości NETTO przedmiotu umowy?

2. (§7 ust. 1, pkt.2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO przedmiotu umowy?
3. (§7 ust. 1, pkt.3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO przedmiotu umowy?
4. Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?

#### **Odpowiedzi na pytania do wzoru umowy:**

1. (§7 ust. 1, pkt.1) Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie naliczania kar do 5% wartości NETTO przedmiotu umowy.
2. (§7 ust. 1, pkt.2) Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie kar od wartości NETTO przedmiotu umowy.
3. (§7 ust. 1, pkt.3) Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie kar od wartości NETTO przedmiotu umowy.
4. Zamawiający w § 5 wzoru umowy zawarł zapisy regulujące współpracę stron umowy przy jej realizacji. Ponadto w § 10 wzoru umowy znajdują się postanowienia dotyczące zasad przesyłania przez strony umowy wszelkich oświadczeń (zawiadomień) w wykonaniu postanowień umownych. Zarówno w § 5 jak i § 10 wzoru umowy wymagane jest podanie adresów e-mail. Zawiadomienia dotyczące reklamacji należy przysyłać na adres e-mail podany w § 10 ust. 1 umowy, dodatkowo zawiadomienie takie może zostać przesłane do wiadomości osoby wyznaczonej do realizacji umowy, o której mowa odpowiednio w § 5 ust. 1 i ust. 2 wzoru umowy.

#### **Pytania do oferty w formie elektronicznej:**

1. Zamierzam złożyć, drogą elektroniczną, ofertę na dwa Rozdziały w ramach postępowania GI-BAD-231-2/20. Dla każdego rozdziału ma być osobny plik z formularzem oferty. Czy mam przygotować dwa oddzielne pliki ZIP -dla każdego rozdziału osobno, czy mogę wszystkie pliki, zbiorczo, spakować do jednego pliku ZIP?
2. Mam pytanie odnośnie podpisu elektronicznego dokumentów - szef podpisuje pliki .pdf profilem zaufanym, który nadaje rozszerzenie .xml. Czy akceptują Państwo taki format?



## Odpowiedzi na pytania do oferty w formie elektronicznej:

1. Zamawiający w pkt. 10 SIWZ zawarł opis sposobu przygotowania oferty. W pkt. 10.7.8 Zamawiający napisał: „Oferta i dokumenty składane wraz z nią muszą zostać najpierw podpisane podpisem kwalifikowanym (każdy plik osobno), następnie muszą zostać skompresowane do formatu .zip i zaszyfrowane aplikacją udostępnioną w systemie miniPortal.” Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu muszą Państwo postąpić zgodnie z zapisami pkt. 10.7.8. SIWZ.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć ofertę w postaci elektronicznej musi opatrzyć ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający zaleca podpisywanie dokumentów sporządzonych w formacie danych .pdf podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES, zaś dokumenty sporządzone w innym formacie danych niż .pdf podpisem kwalifikowanym w formacie XAdES. Profil zaufany nie jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Z uwagi na powyższe, działając w trybie art. 38 ust 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W zakresie wynikającym z udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawcy zmianie ulega treść formularzy warunków technicznych, stanowiących odpowiednio załącznik nr 2c,2g, 2h, 2i do SIWZ oraz treść wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4c do SIWZ. Zmodyfikowane formularze warunków technicznych oraz zmodyfikowany wzór umowy w brzmieniu zmienionym od dnia 17 kwietnia 2020 roku zostały zamieszczone na stronie internetowej IJHARS. Zmiany w załącznikach zostały zaznaczone kolorem żółtym i zielonym, pozycje wykreślone dodatkowo zostały zaznaczone przekreśloną czcionką.

**Termin składania i otwarcia ulega zmianie.** Zamawiający zmienia termin składania ofert **na dzień 23 kwietnia 2020 roku na godz. 9:30** oraz otwarcia ofert **na dzień 23 kwietnia 2020 roku na godz. 10:00.**