

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W RADOMIU



26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D
☎ 048 345-15-94 , fax. 048 333-20-23

e-mail: radom@psse.waw.pl
www.radom.psse.waw.pl

Radom dn.22.09.2021r.

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :Dostawę żywek mikrobiologicznych oraz testów diagnostycznych dla Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Radomiu”, nr postępowania SOK.ZP.252.01.2021

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przedstawia poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Odpowiedzi na pytania

I SEMIGAT S.A., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

1. Dotyczy Części III, pozycja nr 3: Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający posiada specjalną żywkę, która umożliwia odczyt testów paskowych biologicznych po 24h?

W standardowych żywkach odczyt tego typu testów jest możliwy wyłącznie w czasie 7 dni.

- Odp. Zamawiający jako żywkę do inkubacji testów wymienionych w Części III, pozycja nr 3 wskazuje podłoże TSB (Tryptic Soy Broth – bulion kazeinowo-sojowy).

Skład w g/l:

Hydrolizat kazeiny: 17,00

Pepton sojowy: 3,00

Chlorek sodu: 5,00

Glukoza jednowodna: 2,50

Wodorofosforan dipotasu: 2,50

2. Dotyczy Części V, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w postaci rurki do kontroli procesu sterylizacji suchym, gorącym powietrzem dla 180°/35min?

- Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w Części V, pozycja nr 2 wskaźników w postaci rurki do kontroli procesu sterylizacji suchym, gorącym powietrzem dla 180°C/35min.

3. Dotyczy Części V, pozycja nr 1 i 2: Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia świadectwa/certyfikatu jakości dla poszczególnych serii produktu i dopuszczenie deklaracji zgodności.

- Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w Części V, pozycja nr 1 i 2 dołączenie deklaracji zgodności zamiast certyfikatu/świadectwa jakości dla poszczególnych serii produktu.

II BIOMED S.A., al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków


1. Jako producent asortymentu z Części nr VIII zwracamy się z prośbą o dopuszczenie terminu ważności min. 12 miesięcy w dniu dostawy.

- Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w Części nr VIII terminu ważności asortymentu min. 12 miesięcy w dniu dostawy.

III Merck Life Science Sp. z o.o. S.A., ul. Szelałowska 30, 61-626 Poznań

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30.09? Ze względu na obszerność przedmiotu zamówienia przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30.09 umożliwi przygotowanie oferty w pełnym zakresie każdemu z potencjalnych Oferentów, a tym samym przyczyni się do jego konkurencyjności.

- Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 27.09.2021 na godzinę 10⁰⁰

ZATWIERDZAM:
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ekonomiczno-administracyjnych
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Radomiu

mgr Jolanta Wolszczak