



Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Gnieźnie

Gniezno, 14.01.2025 r.

OEA.272.1.1.2025

WYKONAWCY, BIORĄCY
UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie udziela odpowiedzi na pytania dot. zapytania ofertowego prowadzonego pod nazwą *Dostawa odczynników laboratoryjnych*.

Dotyczy Części II – Pakiet II – Krążki z antybiotykami, podłoża mikrobiologiczne
pozycja nr 1 – krążki z antybiotykami:

1. Zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o wydzielenie z jednego punktu nr 1 formularza asortymentowo - cenowego kilku pozycji krążków z następującymi antybiotykami: Fosfomicyna 200 µg (w tym 50 µg glukozy-6-fosforanu), Mupirocyna 200 µg, Nitrofurantoina 100 µg i utworzenie podpunktu np. 1 A.

Powyższą prośbę motywujemy innymi cenami jednostkowymi tych trzech produktów od pozostałego asortymentu i niemożliwością wyceny różnych wartości w jednej pozycji? **NIE. Zamawiający nie zgadza się na wydzielenie z jednego punktu nr 1 formularza asortymentowo – cenowego kilku pozycji krążków z następującymi antybiotykami: Fosfomicyna 200 µg (w tym 50 µg glukozy-6-fosforanu), Mupirocyna 200 µg, Nitrofurantoina 100 µg i utworzenie podpunktu np. 1 A.**

M.W.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
Oddział Ekonomiczny i Administracyjny
tel. 61 4262242 w 215
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
| administracja.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP

2. Zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby zaferowane krążki posiadały opakowanie w postaci fiolki po 50 szt., w plastikowym, bezpiecznym, wodoszczelnym opakowaniu zbiorczym zawierającym maksymalnie 4 fiolki. Każde zbiorcze opakowanie wyposażone w zintegrowany w pokrywcę pochłaniacz wilgoci wielokrotnego użycia?

TAK. Zamawiający wymaga, aby zaferowane krążki posiadały opakowanie w postaci fiolki po 50 szt., w plastikowym, bezpiecznym, wodoszczelnym opakowaniu zbiorczym zawierającym maksymalnie 4 fiolki. Każde zbiorcze opakowanie wyposażone w zintegrowany w pokrywcę pochłaniacz wilgoci wielokrotnego użycia.

3. Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie przeznaczone do przechowywania fiolek z krążkami w niskich, stałych temperaturach w zakresie 2 - 8 °C, umożliwilo przechowywanie otwartych fiolek z krążkami zgodnie z zaleceniami producenta?

TAK. Zamawiający wymaga, aby opakowanie przeznaczone do przechowywania fiolek z krążkami w niskich, stałych temperaturach w zakresie 2 - 8 °C, umożliwilo przechowywanie otwartych fiolek z krążkami zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Czy Zamawiający wymaga, aby każda fiolka była fabrycznie, szczelnie zamknięta kapturkiem wielokrotnego użytku, dodatkowo zabezpieczającym przed zawilgoceniem?

TAK. Zamawiający wymaga, aby każda fiolka była fabrycznie, szczelnie zamknięta kapturkiem wielokrotnego użytku, dodatkowo zabezpieczającym przed zawilgoceniem.

5. Czy Zamawiający wymaga, aby każdy krążek zawierał trwały dwustronny nadruk skrótowej nazwy antybiotyku i stężenia zgodnie z zaleceniami CLSI, EUCAST?

TAK. Zamawiający wymaga, aby każdy krążek zawierał trwały dwustronny nadruk skrótowej nazwy antybiotyku i stężenia zgodnie z zaleceniami CLSI, EUCAST.

6. Czy Zamawiający wymaga, aby oznaczenie dotyczące nazwy, stężenia, numeru serii i daty ważności było tożsame na opakowaniu zbiorczym co na etykiecie pojedynczej fiolki?

TAK. Zamawiający wymaga, aby oznaczenie dotyczące nazwy, stężenia, numeru serii i daty ważności było tożsame na opakowaniu zbiorczym co na etykiecie pojedynczej fiolki.

7. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie fiolki zawierające krążki z danej grupy antybiotyków posiadały kod barwny na etykiecie wskazujący na grupę antybiotyków np. betalaktamowe, aminoglikozydy, makrolidy, fluorochinolony...?

NIE. Zamawiający nie wymaga, aby wszystkie fiołki zawierające krążki z danej grupy antybiotyków posiadały kod barwny na etykiecie wskazujący na grupę antybiotyków np. betalaktamowe, aminoglikozydy, makrolidy, fluorochinolony.

Dotyczy Części II – Pakiet II – Krążki z antybiotykami, podłoża mikrobiologiczne
pozycja nr 11 – jałowe krążki bibułowe:

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania jałowych krążków bibułowych, których cena brutto zawiera 23% podatek vat.

TAK. Zamawiający zgadza się na zaoferowania jałowych krążków bibułowych, których cena brutto zawiera 23% podatek vat zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.).

Dotyczy Części III – Pakiet III – Wzorce pehametryczne, odczynniki chemiczne
pozycja nr 2 – bufor pH 6,86:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie buforu pH konfekcjonowanego w opakowaniu 250 ml zamiast 200 ml w pozycji 2? Ilość oferowanych opakowań pozostanie bez zmian.

TAK. Zamawiający wyrażą zgodę na zaoferowanie buforu pH konfekcjonowanego w opakowaniu 250 ml zamiast 200 ml w pozycji 2. Ilość oferowanych opakowań musi pozostać bez zmian.

Dotyczy Części III – Pakiet III – Wzorce pehametryczne, odczynniki chemiczne
pozycja nr 4 – Potasu chlorek r-r mianowany 3 mol/dm³:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 4 produktu nie posiadającego oznaczenia czda? Jest to produkt mianowany o wyznaczonym mianie, lecz nie posiadający oznaczenia czystości.

TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 4 produktu nie posiadającego oznaczenia czda.

Dotyczy Części III – Pakiet III – Wzorce pehametryczne, odczynniki chemiczne
pozycja nr 5 – Fiołki z koralikami zanurzonymi w płynie konserwującym do przechowywania szczepów w stanie zamrożenia:

1. Bardzo proszę o podanie w jakim kolorze Zamawiający oczekuje zestawu fiolek w pozycji nr 5.

Zamawiający nie ma preferencji co do koloru fiolek w zestawie w pozycji nr 5.

Dyrektor
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gnieźnie

mgr Danuta Winiarska
(pismo wydane w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)