

Załącznik nr 3

Wyposażenie patrolu ratowniczego oraz punktu pomocy medycznej

I. Wyposażenie patrolu ratowniczego stanowi co najmniej torba ratunkowa, zawierająca:

1. rurki ustno-gardłowe;
2. ssak ręczno- mechaniczny;
3. worek samorozprężalny;
4. rurki krtaniowe;
5. kołnierze szyjne z tworzywa sztucznego wodoodporne;
6. opatrunki o różnych wymiarach;
7. środek do dezynfekcji skóry;
8. roztwór soli fizjologicznej 500 ml;
9. rękawiczki jednorazowe;
10. worek plastikowy z zamknięciem na odpady;
11. płyn do dezynfekcji rąk;
12. nożyczki;
13. folie izotermiczne;
14. termometr;
15. stetoskop;
16. reduktor tlenowy z szybkozłączem;
17. zestaw jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem;
18. butla tlenowa, o pojemności sprężonego tlenu co najmniej 400l przy ciśnieniu 150 barów, z możliwością napełnienia w systemie DIN (dla tlenu medycznego), o ciśnieniu roboczym co najmniej 200 barów.

II. Wyposażenie punktu pomocy medycznej stanowi co najmniej:

1. defibrylator z kardiomonitorem;
2. rurki ustno-gardłowe;
3. worek samorozprężalny;
4. rurki krtaniowe;
5. zestaw jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej);
6. zestaw do intubacji (laryngoskop, rurki intubacyjne);
7. ssak;
8. tlen medyczny;
9. pulsoksymetr;
10. ciśnieniomierz;

11. glukometr;
12. kołnierze szyjne;
13. szyny typu Kramer o różnych wymiarach;
14. opatrunki o różnych wymiarach, w tym opatrunki hydrożelowe schładzające;
15. środek do dezynfekcji skóry;
16. rękawiczki jednorazowe;
17. worek plastikowy z zamknięciem na odpady;
18. płyn do dezynfekcji rąk;
19. nożyczki;
20. folie izotermiczne;
21. opatrunek wentylowy na rany klatki piersiowej;
22. zestawy do przetaczania i dawkowania leków oraz płynów infuzyjnych;
23. termometr;
24. stetoskop;
25. reduktor tlenowy z szybkozłączem;
26. zestaw jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem;
27. butla tlenowa, o pojemności sprężonego tlenu co najmniej 400 l przy ciśnieniu 150 barów, z możliwością napełnienia w systemie DIN (dla tlenu medycznego), o ciśnieniu roboczym co najmniej 200 barów;
28. wyposażenie wyrobów medycznych i wyroby medyczne, w rozumieniu art. 2 pkt 33 i 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, do transportu uszkodzowanego, w szczególności deska ortopedyczna;
29. zestaw produktów leczniczych, wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.