

WYJAŚNIENIE DO SWZ znak: OEA-ZP.272.1.3.2023.1

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Kętrzynie.
Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00301534 z dnia 11.07.2023 roku.**

Powiatowa Stacja Sanitarно - Epidemiologiczna w Kętrzynie zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na przesłane zapytania dotyczące treści SWZ wyżej wymienionego postępowania:

Pytania do SWZ:

Pytanie 1. Dotyczy: Zadanie nr 3- Lodówki laboratoryjne

Czy Zamawiający dopuści lodówki spełniające wszystkie wymagania, ale z wyświetlaczem LED, nie dotykowym, ale z przyciskami membranowymi, niemniej jednak oferującym pełną funkcjonalność wyświetlacza dotykowego (w tym wbudowany rejestrator temperatury i baterijne podtrzymanie na czas min. 24 godzin) i przy tym znacznie mniejszą awaryjność?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarно-Epidemiologicznej
w Kętrzynie
J. F. Filipch
Irmina Filipch
mgr higieny i epidemiologii