



Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Lesznie

Leszno, 23.03.2023r.

OEA-SA.272.6.10.2023

**Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali  
SWZ na: „DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BADAŃ  
LABORATORYJNYCH 1.2023.”**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie informuje, że wpłynęły pytania dotyczące SWZ prowadzonego postępowania następującej treści:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza w część 12 wymazówki z wacikiem bawełnianym?

**Odpowiedź:**

Wymazówka może zawierać bawełniany wacik. Podłoże transportowe bez węgla aktywnego.

DK