

Główny Inspektorat Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Warszawa, dnia 6 maja 2021 roku

BAD.241.2.1.2021

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający przekazuje treść pytań do specyfikacji warunków zamówienia oraz swoje wyjaśnienia.

Pytanie 1:

Rozdział 9 Laboratorium Specjalistyczne w Warszawie

moduł 4 poz. 3 - płytki TLC kod producenta 552-0299 wpisana grubość warstwy analitycznej 0,25 mm a na stronie VWR 0,20mm

moduł 4 poz. 4 - płytki TLC kod producenta 552-0316 w pisana grubość warstwy analitycznej 0,25 mm a na stronie VWR 0,20mm

Odpowiedź:

Rozdział 9 Laboratorium Specjalistyczne w Warszawie

moduł 4 poz. 3 – Zamawiający błędnie wpisał grubość warstwy analitycznej, powinno być: grubość warstwy analitycznej: 0.20 mm

moduł 4 poz. 4 – Zamawiający błędnie wpisał grubość warstwy analitycznej, powinno być: grubość warstwy analitycznej: 0.20 mm

Z uwagi na powyższe, działając w trybie art. 286 ust 1 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia. W zakresie wynikającym z udzielonej odpowiedzi na pytanie Wykonawcy zmianie ulega treść formularza cenowego, stanowiącego odpowiednio załącznik nr 2i do SWZ. Zmodyfikowany formularz cenowy w brzmieniu zmienionym od dnia 6 maja 2021 roku został zamieszczony na stronie internetowej IJHARS. Zmiany w załączniku zostały zaznaczone kolorem żółtym, czerwoną czcionką, tekst wykreślony dodatkowo został zaznaczony przekreśloną czcionką.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert ustalony **na dzień 12 maja 2021 roku na godz. 9:30** oraz otwarcia ofert ustalony **na dzień 12 maja 2021 roku na godz. 10:00.**