

**WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W POZNANIU**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 61 854-48-00
- Dyrektor WSSE w Poznaniu 61 852-99-18
- e-mail WSSE w Poznaniu sekretariat@wssepoznan.pl
- Sekcja ds. Zamówień Publicznych 61 8544-89-00
- e-mail: zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl

ul. Noskowskiego 23
61-705 Poznań
NIP 778 11 71 963
REGON 000294065
BDO 000207899
www.wsse-poznan.pl

EA-ZP.272.7.2021

Poznań, dnia 19.05.2021 r.

**Wszyscy zainteresowani udziałem
w postępowaniu na dostawę
sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb
Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-
Epidemiologicznej w Poznaniu**

W odpowiedzi na pytania zadane przez Oferentów informujemy, co następuje:

Pytania zamrażarka niskotemperaturowa 2.1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (wys.x szer.x gł.) 1270x760x740mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania odnośnie wymiarów urządzenia: wys./szer./gł.
830mm/600mm/690mm.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności brutto 120l?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania odnośnie pojemności urządzenia: brutto/netto: (95±5)l/
(90±5)l.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności netto 110l?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania odnośnie pojemności urządzenia: brutto/netto: (95±5)l/
(90±5)l.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wbudowanym urządzenie monitorującym zapis temperatury na nośniku fizycznym?

Odpowiedź:


Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki z wbudowanym urządzeniem monitorującym zapis temperatury na nośniku fizycznym.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające drzwi lewe, otwierane z boku, z możliwością blokady na PIN?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania odnośnie drzwi: otwierane z boku, prawe, zamykane na zamek (klucz lub elektronicznie).

DYREKTOR



dr Jadwiga Kuczma-Napierata
Specjalista epidemiolog

SW

niepodlega

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 1 półkę z możliwością regulacji wysokości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania odnośnie ilości półek w urządzeniu: min.2 półki ze stali nierdzewnej.

Pytania zamrażarka niskotemperaturowa 2.4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (wys.x szer.x gł.) 650x104x760mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania odnośnie wymiarów urządzenia szer. 610 mm, wys. 930 mm, gł. 650 mm.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zakresie pracy temperatury -20°C – 0°C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o zakresie pracy temperatury -20°C - 0°C.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wymuszonym obiegiem powietrza?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z wymuszonym obiegiem powietrza.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające drzwi otwierane z przodu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania odnośnie pełnych drzwi urządzenia otwieranych z boku.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające wyświetlacz TFT?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające wyświetlacz TFT.