

Wykaz fizycznych czynników uciążliwych mierzonych w środowisku pracy

OZNACZENIA AKREDYTOWANE <i>(spełnione wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02)</i> Certyfikat akredytacji PCA nr AB 537		
Oznaczany parametr	Zakres	Metoda badawcza
hałas infradźwiękowy	równoważny poziom dźwięku L_{Geq} zakres: (55 - 115) dB	PN-Z-01338:2010
mikroklimat umiarkowany	temperatura powietrza zakres: (-20 ÷ 50) °C temperatura pocznionej kuli zakres: (-20 ÷ 50) °C wilgotność powietrza zakres: (25 ÷ 90) % prędkość powietrza zakres: (0,15 ÷ 5) m/s	PN-EN ISO 7730:2006+Ap2:2016-04
oświetlenie światłem elektrycznym we wnętrzach	natężenie oświetlenia zakres: (0,5 - 10000) lx	PB/HPL-01 wydanie 6 z dnia 20.03.2023 r.