



**Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, Aleja 3 Maja 8**

Centrala: tel. 44 649-50-63, 44 647-64-98, 44 647-18-45, 44 647-62-80, fax: 44 647-76-26

NIP: 771-23-33-799

REGON: 000310752

<https://www.gov.pl/web/pssc-piotrkow-trybunalski/> e-mail :sekretariat.pssc.piotrkowtrybunalski@sanepid.gov.pl

Pytania do treści Zapytania Ofertowego I

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
97-300 Piotrków Trybunalski
Aleja 3 Maja 8

Piotrków Tryb. dnia 12.01.2023 roku

Uczestnicy postępowania

- wszyscy -

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tysięcy złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Pzp.

Nr sprawy: AT.272.1.2023

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Zapytania w przedmiotowym postępowaniu wyjaśniam co następuje:

Pakiet H- materiały referencyjne dla mikrobiologii

Pytanie 1

Czy zaakceptowałyby Państwo termin ważności dla pakietu H dla certyfikowanych materiałów odniesienia FM0032, FM0046 5 miesięcy od daty dostawy w lutym/marcu oraz dla MV0026, MV037 3 miesiące? Aktualnie producent nie posiada produktów z dłuższymi datami ważności. Kolejne serie produktów pojawią się pod koniec terminu ważności obecnie dostępnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na termin ważności 5 miesięcy od daty dostawy dla produktów FM0032, FM0046 oraz termin ważności 3 miesiące dla produktu MV0026. Data dostawy produktu MV0037 zostaje zmieniona na lipiec 2023 r oraz termin ważności na pół roku od daty produkcji (nie mniej niż 4 miesiące od daty dostawy). Zamawiający dodaje załącznik nr 1 dla Pakietu H- materiały referencyjne dla mikrobiologii ZMIANA, uwzględniający powyższe modyfikacje.

Pakiet E- szkło laboratoryjne

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w pakiecie E pozycji nr 4 próbek hodowlanych ze szkła sodowo-wapniowego, o średnicy 12,25 mm i wysokości 120 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane próbki.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie E pozycji nr 4 opakowanie = 250 sztuk jako jednostkę miary?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe opakowanie. Wymagane są 3 takie opakowania.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w pakiecie E pozycji nr 5 próbek hodowlanych ze szkła sodowo-wapniowego, o średnicy 15,5 mm i wysokości 160 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane próbki.



**Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, Aleja 3 Maja 8**

Centrala: tel. 44 649-50-63, 44 647-64-98, 44 647-18-45, 44 647-62-80, fax: 44 647-76-26

NIP: 771-23-33-799

REGON: 000310752

<https://www.gov.pl/web/psse-piotrkow-trybunalski/> e-mail :sekretariat.psse.piotrkowtrybunalski@sanepid.gov.pl

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie E pozycji nr 5 opakowanie = 250 sztuk jako jednostkę miary?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe opakowanie. Wymagane są 3 takie opakowania.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w pakiecie E pozycji nr 6 zlewek szklanych o pojemności 400 ml lub 600 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagane są zlewki 500 ml.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w pakiecie E pozycji nr 7 butelek szklanych ze szlifem i korkiem z szeroką szyją o pojemności 2000 ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W dniu 10.01.2023 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie, pozycja została zmodyfikowana, dodany został załącznik nr 1 Pakiet E ZMIANA.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w pakiecie E pozycji nr 8 kolby miarowej 50 ml kl. A, z szeroką szyją i korkiem?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymagana jest kolba o pojemności 100 ml.

Pytanie 8

W pakiecie E pozycji nr 9 zwracamy się z prośbą o wskazanie producenta oraz numeru katalogowego próbek Egertza.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że próbówki robione są na zamówienie, dlatego zostały bardzo szczegółowo opisane w specyfikacji.

Zamawiający przypomina wszystkim Wykonawcom, że termin składania ofert upływa 16.01.2023 roku o godzinie 10:00.

PK

W dniu 12.01.2023 roku

Zatwierdził

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Piotrkowie Trybunalskim

Elżbieta Dórzyska