



**WOJEWÓDZKA STACJA
SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA**
w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 16
35 - 959 Rzeszów

Rzeszów 28.02.2024 r.

OZ.272.1.5.2024.AO

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. "Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i wzorców dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarно- Epidemiologicznej w Rzeszowie"

Wojewódzka Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna w Rzeszowie- Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: „Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i wzorców dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarно- Epidemiologicznej w Rzeszowie”, niniejszym informuje o odrzuceniu:

Oferty nr 8:

ALCHEM Grupa Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Polna 21

o/Rzeszów

35-959 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25b

Złożoną w ramach:

Pakiet nr 4- Odczynniki do HPLC

Uzasadnienie:

Zamawiający dokonując oceny oferty złożonej przez ALCHEM Grupa Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Polna 21; o/Rzeszów, 35-959 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25b w ramach Pakietu nr 4 stwierdził, że produkt zaoferowany w pozycji 1 nie spełnia wymagań stawianych przez Zamawiającego.

Zamawiający wymagał dostarczenia produktu o zawartości pierwiastka Co max 0,02 ppm, tymczasem zaoferowano produkt, dla którego przedstawiono certyfikat potwierdzający zawartość pierwiastka Co <0,05ppm.

Dodatkowo na dostarczonych certyfikatach brak jest informacji potwierdzających wymagania Zamawiającego:

- dopuszczenie do stosowania UHPLC-MS,
- brak informacji o zawartości: jonów Chlorek (Cl), Fluorek (F), Azotan (NO₃), Siarczan (SO₄),
- brak informacji o testach dla UHPLC-MS UHPLC-MS ESI (+) (Reserpine), UHPLC-MS ESI (-) (Digoksyna), UHPLC Dryft gradientu maks. 254 nm., UHPLC Gradient pik maks. 254 nm., UHPLC Dryft gradientu 210 nm, UHPLC Gradient pik 210 nm

W związku z powyższym oferta ALCHEM Grupa Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Polna 21; o/Rzeszów, 35-959 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25b, złożona dla Pakietu nr 4 została odrzucona.

Z upoważnienia
DYREKTORA
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Rzeszowie

Z - CA PODKARPACKIEGO PAŃSTWOWEGO
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO


mgr Dorota Gibała