



Nasz znak: SAT.272.3.2024.AC

Skierniewice, dnia 16 września 2024 r.

Pytania i odpowiedzi nr 2

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach udziela odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania na dostawę odczynników, wzorców chemicznych i biologicznych, podłoży i testów bakteriologicznych, surowic, lateksów i krążków diagnostycznych.

nr postępowania SAT.272.3.2024.AC

Dotyczy: Surowice do aglutynacji szkiełkowej – pakiet F:

1. Czy Zamawiający w pozycjach nr: 2, 4, 6-7, 9-10, 12-13, 15-16, 18 wyrazi zgodę na zaoferowanie surowicy w opakowaniach po 1 ml i tym samym dla każdej pozycji po 5 takich opakowań?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy: Test do wykrywania rotawirusów i adenowirusów – pakiet K:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu z poniższymi parametrami?

Czułość/Specyficzność/Dokładność

Walidacji testu dokonano na podstawie próbek klinicznych pobranych od dzieci i młodzieży i porównano je z wynikami uzyskanymi dla testu aglutynacji lateksowej. Wyniki wskazują na wysoce wrażliwą i specyficzną metodę.

| Metoda | Test aglutynacji lateksowej | | ogółem | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|--------|-----------|
| | Wynik | Pozytywny | | Negatywny |
| Rota Rapid Test Cassette | Pozytywny | 251 | 7 | 258 |
| | Negatywny | 7 | 236 | 243 |
| ogółem | | 258 | 243 | 501 |

Względna Czułość: 97,3% (95%CI:*94,5%-98,9%)

Względna Specyficzność: 97,1% (95%CI:*94,2%-98,8%)

Względna Dokładność: 97,2% (95%CI:*95,4%-98,5%)

*Przedział ufności

| Metoda | Test aglutynacji lateksowej | | ogółem | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------|--------|-----------|
| | Wynik | Pozytywny | | Negatywny |
| Adeno Rapid Test Cassette | Pozytywny | 118 | 6 | 124 |
| | Negatywny | 6 | 251 | 257 |
| ogółem | | 124 | 257 | 381 |

Względna Czułość: 95,2% (95%CI:*89,8%-98,2%)

Względna Specyficzność: 97,7% (95%CI:*95,0%-99,1%)

Względna Dokładność: 96,8% (95%CI:*94,6%-98,4%)

*Przedział ufności

Zamawiający wyraża zgodę



Dotyczy: Surowice do aglutynacji szkiełkowej – pakiet P:

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 20 „Shigella flexneri” wyrazi zgodę na zaoferowanie surowicy w opakowaniu zawierającym 1 ml i tym samym 5 takich opakowań?

Zamawiający wyraża zgodę

2. Czy Zamawiający w pozycji 21-23 wyrazi zgodę na zaoferowanie surowicy firmy Sifin o numerze katalogowym TS1831 Anti-Shigella III (S. boydii, type 1 to 15), w opakowaniu zawierającym 1 ml?

Zamawiający wyraża zgodę

3. W związku z powyższym pytaniem zwracamy się do Zamawiającego o określenie ilości opakowań, jakie Wykonawca ma zaoferować w wykazie ilościowym.

Do pkt.1 – 2 op. po 1ml

Do pkt.2 – 2 op. po 1ml

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Skierniewicach

z up. mgr Dorota Rosińska
Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach