



Warszawa, 20.03.2024 r.

Akredytacja MON:

Certyfikacja wyrobów na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.



14/MON/2023

Badania wyrobów na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa



15/MON/2023

16/MON/2023

21/MON/2023

Badanie sygnalizatorów skażeń

Badania środków ochrony dróg oddechowych



AB 241
AB 380

Wzorcowanie dawkomierzy i przyrządów dozymetrycznych



AP 073

Certyfikacja CCJ:

System zarządzania jakością



AQAP 2110:2016
PN-EN ISO
9001:2015

Postępowanie: RZP-111/2024

Zamawiający:

Wojskowy Chemii i Radiometrii,

Aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera” 105,

00-910 Warszawa,

NIP: 113 000 67 92

Udzielenie wyjaśnień na pytania Wykonawcy:

W związku z zapytaniem Wykonawcy o treści:

1. Czy Zamawiający wydłuży maksymalny termin dostawy do 19.05.2024r ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w powyższym zakresie.

2. Czy Zamawiający w ramach siatki na dno wózka dopuści pokrywę siatkową na wózek podstawowy dolny, która zabezpieczy mytą drobnicę laboratoryjną ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający wymaga dodatkowej pompy do wody demineralizowanej - stanowiącej wyposażenie dodatkowe zmywarki ?

Zmywarka którą chcemy zaoferować posiada bowiem w standardzie:

- wbudowane pompy: odpływowa, wydajna pompa obiegowa do natrysku wody w ramionach myjących o wydajności nie mniejszej niż 350L/min, pompy do dozowania środków myjących (detergentu i neutralizatora), jeśli nie proszę o podanie szczegółowych informacji z zakresu montażu zmywarki, informacji o tym, czy Zamawiający posiada już demineralizator wody ze zbiornikiem (proszę podać model), bądź czy wymaga dostawy zestawu demineralizacji wody z pompą, zbiornikiem ciśnieniowym / grawitacyjnym wraz ze zmywarką ?

Odp.: Zamawiający zakupił gotowy do pracy demineralizator HLP 10UV (wyposażony dodatkowo w pompę, lampę UV i kapsułę mikrofiltracyjną) wraz z kompletem przyłączy (wodociągowe, kanalizacyjne, do zbiornika), z zainstalowanymi filtrami. - Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm³ do magazynowania wody oczyszczonej II klasy. - Zbiornik ciśnieniowy o poj. 80 dm³ do magazynowania wody oczyszczonej III klasy. - Kran do poboru wody I, II i III klasy czystości. - Przyłącze do zmywarki.

Anna WADAS

tel. 22 516 99 88; 735 207 157

e-mail: a.wadas@wichir.waw.pl

tel.; 261-813-363, 22 516-99-73

kancelaria@wichir.waw.pl

www.gov.pl/web/wichir

Al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 105
00-910 Warszawa