



Kraków, dnia 16 listopada 2022 r.

AG.240.12.2022.BM

**Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację
dwóch urządzeń do qPCR służących do oceny ilościowej zawartości DNA
w próbkach kryminalistycznych**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej podaję treść pytania oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie 1:

„Dotyczy umowy § 9 pkt 1 - zwracam się z prośbą o obniżenie wysokości kar do poziomu 0,2%. Wykonawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań co do terminowości wykonania umowy, natomiast zaproponowany przez Zamawiającego poziom kar jest nieproporcjonalny do możliwych ubytków po stronie Zamawiającego w przypadku opóźnienia.”

Odpowiedź 1:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kar. „Ubytki” po stronie Zamawiającego polegają na możliwości utraty środków zaplanowanych w budżecie na 2022 r. na zakup urządzeń, o ile zamówienie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku. Ponadto kary są zastrzeżone na wypadek „zwłoki” w dostawie, a więc opóźnienia kwalifikowanego zawinieniem lub zaniechaniem ze strony Wykonawcy. Jeżeli pojawią się obiektywne trudności do przewyciężenia problemu w dotrzymaniu terminu dostawy, Wykonawca może wystąpić o aneksowanie terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że nie będzie to dzień późniejszy niż 30 grudnia 2022 r.

Pytanie 2

„Dotyczy umowy § 10 pkt 5 – zwracam się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji na zgłoszoną usterkę do 72 h, biorąc pod uwagę poziom zatrudnienia specjalistów dla Wykonawcy jest to optymalny termin, gwarantujący wykonanie umowy”.

Odpowiedź 2:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji na zgłoszoną usterkę do 72 h i nadaje ust. 5 w § 10 wzoru Umowy stanowiącego załącznik Nr 7 do SWZ następujące brzmienie:

"5. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki poprzez stawiennictwo serwisanta lub telefoniczne czy e-mailowe rozwiązanie problemu) wynosi 3 dni robocze od dnia zgłoszenia usterki."

Pytanie 3

„Dotyczy umowy § 10 pkt 6 - zwracam się z prośbą o wydłużenie czasu naprawy do 21 dni, biorąc pod uwagę poziom zatrudnienia specjalistów dla Wykonawcy jest to optymalny termin, gwarantujący wykonanie umowy”

Odpowiedź 3:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 21 dni i nadaje ust. 6 w § 10 wzoru Umowy stanowiącego załącznik Nr 7 do SWZ następujące brzmienie:

"6. Gwarantowany czas naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych."

Pytanie 4

„Dotyczy umowy § 10 pkt 8 – zwracam się z prośbą o usunięcie paragrafu. Wykonawca chcąc spełnić ten warunek, musiałby znacząco podnieść cenę oferty, a to może powodować przekroczenie przez Zamawiającego kwoty na realizację, co za tym idzie odrzuceniem oferty i tym samym powtórzeniem postępowania”.

Odpowiedź 4:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie ust. 8 z § 10 wzoru Umowy stanowiącego załącznik Nr 7 do SWZ. Postanowienia tego ustępu stanowią powtórzenie art. 581 § 2 k.c. i nie powinny budzić zastrzeżeń żadnego podmiotu działającego na podstawie prawa RP. Obawy Wykonawcy byłyby uzasadnione gdyby zamierzał zaoferować sprzęt o niskiej jakości wykonania.

Pytanie 5

„Dotyczy umowy § 10 pkt 11 - zwracam się z prośbą o usunięcie paragrafu. Wykonawca nie może spełnić warunku. W sytuacji obowiązywania tego paragrafu, Wykonawca musiałby skalkulować 2 urządzenia, co podwoi cenę oferty, a to może powodować przekroczenie przez Zamawiającego kwoty na realizację, co za tym idzie odrzuceniem oferty i tym samym powtórzeniem postępowania.”

Odpowiedź 5:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie paragrafu i skreśla ust. 11 w § 10 wzoru Umowy stanowiącego załącznik Nr 7 do SWZ.

Pytanie 6

„Dotyczy umowy § 10 pkt 13 – zwracam się z prośbą o dodanie do paragrafu informacji: „w tej sytuacji traci gwarancję oraz rękojmię”. Wykonawca jest jedynym przedstawicielem Producenta, zatrudnia specjalistów, którzy zajmują się serwisem sprzętu. Powierzenie naprawy innej firmie łączy się z naprawą przez nieautoryzowany przez Producenta personel, a w takiej sytuacji Wykonawca nie może dłużej odpowiadać za urządzenie”.

Odpowiedź 6:

Tak, Zamawiający uwzględni zastrzeżenia Wykonawcy w ten sposób, iż skreśla ust. 13 w § 10 wzoru Umowy stanowiącego załącznik Nr 7 do SWZ.

Pytanie 7

„Dotyczy umowy § 10 pkt 16 – zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu płatności do 30 dni, czyli zrównanie terminu z terminem płatności za wykonanie umowy.”

Odpowiedź 7:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu płatności kar umownych do 30 dni i nadaje ust. 16 w § 10 wzoru Umowy stanowiącego załącznik Nr 7 do SWZ następujące brzmienie:

"16. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie będą podlegały zapłacie przez Wykonawcę na podstawie wystawionych przez Zamawiającego not księgowych w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Wykonawcy.

Pytanie 8:

„Zwracam się z prośbą o możliwość zapewnienia części zamiennych przez 5 lat, zgodnie z gwarancją Producenta”


Odpowiedź 8:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostępność części zamiennych przez okres 5 lat.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowi jej integralną część, a przy tym z uwagi na jej zakres i charakter nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

DYREKTOR INSTYTUTU


dr hab. Dariusz Żubka
Profesor instytutu