

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w Skierniewicach

Telefony: Centrala 833-46-00

Dyrektor 833-30-21

Tel/Fax 833-30-21

**ul. Piłsudskiego 33
96-100 Skierniewice**

Nasz znak: PSSE.SAT.224.7.2020

Skierniewice, dnia 25.09.2020

Pytania i odpowiedzi

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na dostawę odczynników i wzorców chemicznych, podłoży bakteriologicznych, testów bakteriologicznych, lateksów, surowic i krążków. nr postępowania PSSE.SAT.224.7.2020

Dotyczy: PODŁOŻA I AGARY GOTOWE – płytki i butelki- II półrocze 2020 pakiet D

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 9 i 26 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży w opakowaniu 200ml?

Ad. 1 Wyrazamy zgodę.

Dotyczy: Test do wykrywania rotawirusów i adenowirusów II półrocze 2020 - pakiet I

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zgodnego z załączoną metodyką (załącznik nr 1 do pytań)?

Ad. 1 Nie wyrażamy zgody, brak informacji co do zastosowania w teście przeciwciał monoklonalnych.

Dotyczy: Test do identyfikacji Legionella II półrocze 2020 - pakiet Ł

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zgodnego z załączoną metodyką (załącznik nr 2 do pytań)?

Ad. 1 Wyrazamy zgodę.

Dotyczy: Test lateksowy do identyfikacji gronkowców II półrocze 2020 - pakiet R

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zgodnego z załączoną metodyką (załącznik nr 3 do pytań)?

Ad. 1 Wyrazamy zgodę.

KIEROWNIK SEKCJI
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEJ
PSSE W SKIERNIEWICACH

mgr Andrzej Czarnecki

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Skierniewicach

mgr inż. Justyna Łukasik