



# Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim

97-300 Piotrków Trybunalski, Aleja 3 Maja 8

Centrala: tel. 44 649-50-63, 44 647-64-98, 44 647-18-45, 44 647-62-80, fax: 44 647-76-26

www.gov.pl/web/psse-piotrkow-trybunalski, e-mail: sekretariat.psse.piotrkowtrybunalski@sanepid.gov.pl

AT.272.1.2025

Piotrków Tryb. dnia 14 stycznia 2025 r.

Powiatowa Stacja  
Sanitarno- Epidemiologiczna  
97-300 Piotrków Trybunalski  
Aleja 3 Maja 8

## Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego II

### Uczestnicy postępowania

-wszyscy-

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tysięcy złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm. ), którego przedmiotem jest zakup i dostawa wzorców i materiałów odniesienia, odczynników chemicznych, środków dezynfekcyjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, lamp katodowych, szkła laboratoryjnego, materiałów referencyjnych dla mikrobiologii żywności, materiałów referencyjnych FAPAS, materiałów referencyjnych dla mikrobiologii wody i żywności, materiałów referencyjnych-serwatka i mięso przetworzone do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

W związku z otrzymanymi zapytaniem, Zamawiający udziela wyjaśnień do wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego zgodnie z poniższym:

#### Pakiet A- wzorce i materiały odniesienia

##### Pytanie 1

Pozycja 2: Według naszej najlepszej wiedzy wyspecyfikowany przez Zamawiającego produkt występuje w opakowaniu o obj. 500ml, a nie 1l. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę 2op. o obj. 500ml? W przypadku braku zgody prosimy o wskazanie producenta i nr. katalogowego produktu, którego dostawy oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę 2 opakowań o obj. 500 ml, ale produkty muszą posiadać taką samą serię.

##### Pytanie 2

Pozycja 15-16: Według naszej najlepszej wiedzy nie jest dostępny wzorzec amoniaku NH<sub>3</sub> o stężeniu 100mg/l. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje wzorca amoniaku

NH<sub>4</sub> 1000mg/l? W przypadku braku zgody prosimy o wskazanie numerów katalogowych, których dostawę oczekuje Zamawiający lub o wydzielenie tych pozycji z pakietu A postępowania?

Odpowiedź: W pozycjach 15 oraz 16 występuje wzorzec amoniaku NH<sub>3</sub> 1000mg/l, a nie NH<sub>3</sub> o stężeniu 100 mg/l. Zamawiający oczekuje wyceny wzorca NH<sub>3</sub> 1000 mg/l.

Pytanie 3

Pozycja 40: Według naszej najlepszej wiedzy wyspecyfikowany przez Zamawiającego produkt posiada nr. kat. O7256-1AMP, a nie 07256. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje dostawy wzorca o nr. kat. O7256-1AMP?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostawy wzorca o nr. kat. O7256-1AMP.

Pytanie 4

Pozycja 42: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca którego data ważności to 12 miesięcy od daty dostarczenia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wzorca o dacie ważności wynoszącej 12 miesięcy od daty dostarczenia.

Pytanie 5

Pozycja 48: Według naszej najlepszej wiedzy na rynku nie jest dostępny wzorzec DL-Phenylalanine zgodny z wszystkimi wyspecyfikowanymi parametrami. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca bez określonej zawartości azotu? W przypadku braku zgody prosimy o wskazanie producenta oraz nr katalogowego oczekiwanego produktu lub prosimy o wydzielenie tej pozycji z pakietu A postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wzorca bez określonej zawartości azotu, ponieważ wynika ona ze stosunku masowego tego pierwiastka do masy cząsteczkowej całego związku. Wystarczy zapis formuły cząsteczkowej tego związku na certyfikacie.

#### Pakiet E- lampy katodowe

Pytanie 1

Proszę o weryfikację w poz. 1: lampa katodowa wnąkowa kodowana ULTRA– Pd (Ołowiowa). Proszę o informację czy lampa ma być : Pd - pallad czy Pb ołów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny lampy PB- ołów.

Zamawiający przypomina, że termin składania ofert pozostaje bez zmian i upływa w dniu 16.01.2025 o godzinie: 10:00.

Elżbieta Dobrzyńska  
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-  
Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim  
/dokument podpisany elektronicznie/