

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji : Montaż 6 szt ognioodpornych szaf na butle gazowe w bud. nr 4

Adres inwestycji : Gdańsk ul. H. Wrońskiego 5

Inwestor : WSSE Gdańsk

Adres inwestora : 80-211 Gdańsk ul. Dębinki 4

Branża : Instalacyjna

Szafy na butle gazowe należy zamontować w Laboratorium analiz Instrumentalnych w następujących pomieszczeniach:

4103 – butla wodorowa 50 L

4104 – butla wodorowa 50 L

4108 – butla acetylenowa 50 L

Dobudówka na zewnątrz budynku:

butla acetylenowa 50 L

butla wodorowa 50 L

butla z propanem technicznym 10 L

Wszystkie w/w butle powinny być umieszczone w wentylowanych ognioodpornych szafach przeznaczonych dla gazów czystych i mieszanek gazowych, wyposażonych w zabudowane jednostopniowe panele redukcyjne z systemem przepłukiwania gazem roboczym.

Szafy powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 14470-2:2007 – wersja polska „Ognioodporne szafki magazynowe – część 2: Bezpieczne szafki na butle ze sprężonym gazem”.

WYKONAWCA :

2022 -04- 0 1

Data opracowania:

INWESTOR :

**WOJEWÓDZKA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4
tel. 58 344 73 00 fax 58 520 32 53
NIP 957-04-72-806 Regon 000292474**